

Naše zn.: 2022/9469/FNBRNO-15.2.1-Eg/Bě
Vaše zn.: -

V Brně dne 18. ledna 2022

VZMR – Dekontaminační kontejnery z plánu DDHM, ev. č. P22V00000011

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

- a) Zadavatel požaduje v technické specifikaci integrovaný PTFE filtr pro opakované použití. Může uchazeč nabídnout integrovaný ventil, bez jakéhokoli filtru na neomezený počet cyklů?
- b) Zadavatel požaduje víko s teflonovým filtrem. Může uchazeč nabídnout víko s ventilem, bez teflonového filtru na neomezený počet sterilizací?

Odpověď č. 1:

- a) Zadavatel neakceptuje nabídku uchazeče s navrhovaným řešením.
- b) Zadavatel neakceptuje nabídku uchazeče s navrhovaným řešením.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Žaneta Bělašková, tel. 532 232 588