

## **Odpověď na dotazy dodavatele**

### ***Dotaz:***

V části č. 3 “Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci“ zadavatel uvádí technickou specifikaci přístrojů, jejichž výroba byla již ukončena. Aktuální verze přístrojů pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci v zadavatelem požadované kategorii, která plně zachovává medicínský účel a možnosti použití předchozího modelu, se v některých detailech liší od specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Připustí zadavatel nabídku přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, který se od technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci liší v těchto parametrech: polohování stolu v rozsahu 0° - 90°, p evný úhel v kyčli (0°), výška stolu nastavitelná v rozsahu 56 – 84 cm?

### ***Odpověď:***

Zadavatel v technických požadavcích uvádí minimální požadavky na přístroj s povolenou tolerancí +/- 10 %, pokud není stanoveno jinak. Rozsah polohování stolu 0° - 90° je v ětší než požadovaných 0° - 80° a tento požadavek je tedy splněn, nastavitelná výška stolu 56 – 84 cm splňuje požadavek zadavatele při použití tolerance +/- 10 %. Zadavatel rozhodl, že nebude akceptovat přístroj s pevným úhlem v kyčli (0°) a bude dále trvat na svých požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci.