

Naše zn.: 2022/16435/FNBRNO - 15.2.1 – Eg/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 31. ledna 2022

Odpověď na dotazy k VZMR – Infuzní technika z plánu DDHM ev.č. P22V00000016**Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci části 2b poptávaných infuzních pump požaduje rozsah rychlosti podání bolusu v rozmezí 10 – 1200 ml/h.

Požadovaná spodní hranice tohoto rozsahu je z klinického hlediska neopodstatněná a neodpovídá běžně používanému bolusového podání infuzí, pro tento způsob podání je podstatnější horní hranice rychlosti podání. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který umožňuje podání bolusu v rozsahu rychlostí 50 – 1200 ml/h?

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že přístroje jsou určeny pro Neonatologické oddělení, kde jsou léčeni i extrémně nedonošení novorozenci o hmotnosti 500–1000 g, zadavatel trvá na své podmínce nastavení min. bolusové rychlosti od 10 ml/hodinu. Zároveň doplňujeme, že pro toto oddělení požadujeme omezit max. bolusovou rychlost na 100 ml/hodinu.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 31. 1. 2022 do 11:00 hodin je nově změněn na 7. 2. 2022 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674