

Naše zn.: 2022/ 21358 /FNBRNO - 15.2.1– Eg/Ha
Vaše zn.: -

V Brně dne 07.02.2022

**Odpověď na dotaz k VZMR – Stomatologická souprava včetně příslušenství ev. č.
P22V00000014**

Dotaz č.1:

Předmět Žádost o rozšíření variabilnosti specifikace u pozice 16 - nastavování výšky křesla

Zdůvodnění:

Systémy pohonu a nastavení výšky křesla pro zubní soupravu jsou u více než 80% výrobců elektromechanické.

Hydraulické systémy nejsou běžným trendem moderních křesel zubních souprav.

Elektromechanické systémy jsou provozně tiché, spolehlivé a stabilní v mezích nosnosti.

Žádáme tímto s ohledem na výše uvedené o možnost úpravy a rozšíření specifikace v bodu 16 o „elektromechanický pohon“ nastavování výšky křesla.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat rozšíření TS i na elektromechanické nastavení výšky.

Dotaz č.2:

Předmět: Žádost o prodloužení dodací doby

Zdůvodnění:

Globální nedostatek materiálů a prodloužení dodacích podmínek logistických společností nepříznivě ovlivňují dodací lhůty.

Aktuální dodací doby výrobců na zakázku vyráběných stomatologických přístrojů se pohybují v horizontu 6-18 týdnů.

Žádáme tímto s ohledem na výše uvedené o možnost úpravy smlouvy a prodloužení dodací lhůty na 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty na 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zadavatel současně mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 07.02.2022 do 11:00 hodin je nově změněn na **14.02.2022 do 11:00 hodin**.

Zároveň zadavatel upravuje Přílohu č. 3 – Návrh kupní smlouvy bod č. III.1.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a veškeré doklady do **6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

mění na:

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a veškeré doklady **do 15 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127