

Naše zn.: 2022/40754/FNBRNO-15.2.1-Eg/Bě
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. března 2022

E-ZAK – Lehátka z plánu DDHM 2021, ev. č. P22V00000070

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

- a) Zadavatel v části 1 lehátka vyšetřovací uvádí v části 1a i 1b požadavek:
Šířka lehátka v rozmezí min. 68 a max. 75 cm
Nastavitelná výška sedací části v rozmezí min. 50 až 90 cm

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout vyšetřovací lehátko následujících parametrů?

Vnější rozměry 88 x 208 cm
Rozměry ložné plochy 72 x 200 cm

Výška ložné plochy 52 - 89 cm

Odpověď č. 1:

- a) Část 1, položka 1a – Lehátko vyšetřovací – pojízdné pro KNPT – 1 ks

Zadavatel s nabízenou nastavitelnou výškou sedací části 52-89 cm souhlasí. S vnější šířkou 88 x 208 cm také souhlasí. Požadujeme lehátko s možností využít jej i pro transport pacienta, a tedy dle specifikace požadujeme ochranná kolečka v rozích lehátka. Tím je lehátko širší (i delší) než ložná plocha. Trváme ale na tom, aby šířka ložné plochy lehátka byla v rozmezí min. 68 a max. 75 cm.

Část 1, položka 1b – Vyšetřovací lehátko pro DTC – 2 ks

Zadavatel s nabízenou nastavitelnou výškou sedací části 52-89 cm souhlasí. Nesouhlasí s vnější šířkou 88 x 208 cm. Tedy trváme na bodě uvedeném ve specifikaci: "Šířka lehátka v rozmezí min. 65 a max. 75 cm".

Zadavatel mění bod. 9 Termín podání nabídky, který je nově stanoven do 21. 03. 2022 do 10:00 hod..

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Žaneta Bělašková, tel. 532 232 588
2022/40754/FNBRNO-15.2.1-Eg/Bě