

Naše zn.: 2022/40106/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 8. března 2022

VZMR – Dokumentační systém, E-ZAK sys. č. P22V00000069

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz:

Prosíme o upřesnění zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, a to v následujícím bodě. V zadávací dokumentaci požadujete technický parametr chlazení kamery na -60°C. Domníváme se, že uvedení požadavku na chlazení hodnotou teploty je nadbytečné a v důsledku diskriminující. V ostatních bodech zadání je uvedené a zjevné, že požadujete systém s chlazenou kamerou a systém vhodný pro obecně (chemiluminiscence...) i konkrétně (výčtem metodik) popsané aplikace. Prosíme zadavatele o zvážení vypuštění konkrétní hodnoty teploty chlazení kamery.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Uvedený parametr zabezpečí požadovaný (minimální) poměr signál / šum.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311