

Naše zn.: 2022/43331/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. března 2022

VZMR – Dokumentační systém, E-ZAK sys. č. P22V00000069

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 1 ZD – Technická specifikace, rozlišení kamery min. 9 megapixelů v HD kvalitě.

- Bude zadavatel akceptovat kameru s rozlišením 6 megapixelů v HD kvalitě?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na parametru "rozlišení kamery min. 9 megapixelů v HD kvalitě".

Dotaz č. 2:

Dle kupní smlouvy v bodě V. Kvalita zboží a odpovědnost za vady, čl. V.4 požaduje zadavatel zahájení práce na odstranění vad zboží vzniklých v záruční době do 1 pracovního dne od jejich oznámení.

- Bude zadavatel akceptovat zahájení práce do 2 pracovních dnů od oznámení?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat zahájení práce do 2 pracovních dnů od oznámení.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311