



Dodatečné dotazy

Veřejná zakázka: „Dokumentační systém“ Fakultní nemocnice Brno

Dobrý den,

Dovolujeme se dotázat:

V technických specifikacích uvádíte jako volitelnou možnost snímání epifluorescence a uvádíte výčet více kanálu - fluoroforů. Můžete upřesnit, zda má být volitelný modul ke snímání fluorescence na membránách součástí a jaké vybrané kanály (případně fluorofory) nebo je to položka určena k pozdějšímu případnému upgrade-u?

Děkuji Vám za zaslání odpovědi na dotazy.
Nicolette Prymych, BARIA s.r.o.

**Sídlo firmy:
BARIA s.r.o.**

Jižní 393
252 44
Psáry - Dolní Jirčany

**Kancelář (objednávky):
BARIA s.r.o.**

Vídeňská 1764/158
148 00, Praha 4
info@baria.cz

IČ: 266 979 04
DIČ: CZ26697904
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
web: www.baria.cz