

Naše zn.: 2022/44044/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. března 2022

VZMR – Systémy pro dezinfekci nádobí, E-ZAK sys. č. P22V00000081

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Kapacita (čistící výkon) min. 24 košů/ hod. Standardně dodávané myčky PG 8057 TD na inf. odd. v Dětské nem. i v Bohunicích, mají dva koše na nádobí (stejně jako u domácích myček horní a spodní) s kapacitou 12 jídelních souprav a program s termickou dezinfekcí (93°C-10min.) trvá cca 1 hodinu.
Dotaz: jak je myšlena kapacita min. 24 košů/hod?

Odpověď:

Kapacita min. 24 košů/hod je myšlena tak, že myčka dokáže umýt 24 košů za hodinu. Jelikož má 2 koše, jedná se o 12 mycích cyklů (s použitím 2 košů) za hodinu. Uvedenou kapacitu uvádí výrobci myček (a firma dotazovatele taktéž) ve svých prospektových materiálech k jím zmiňovanému typu PG 8057 TD. Tento parametr je vztažen na nejkratší poskytovaný program mytí (v tomto případě 5 min), ne na program s termodezinfekcí.

Dotaz č. 2:

Napájení 230V/50Hz. Standardně dodávané myčky PG 8057 TD na inf. odd. v Dětské nem. i v Bohunicích jsou právě kvůli rychlosti topení a tedy i celého cyklu, připojeny na 400V/50Hz. Myčka PG 8057 TD lze servisně přenastavit na požadovaných 230V, ale neúměrně to prodlouží cykly.
Dotaz: je požadavek na 230V striktní? Opravdu nebude možnost dovést na místo instalace myček 400V přípojku zajišťující rychlejší cykly?

Odpověď:

Napájení 230 V/50 Hz. Na 3 ze 4 plánovaných umístění myček je k dispozici pouze jednofázové napájení 230 V, a nejsou plánovány další náklady na přivedení 3fázového napájení. Je tedy možné dodat 3 ks myček s požadovaným napájením 230 V/50 Hz a jednu myčku ve variantě 400 V/50 Hz. Napájení 230 V/50 Hz je opět uváděno v prospektové dokumentaci dodavatele/výrobce typu PG 8057 TD. Pokud ovšem dodavatel zajistí a provede na vlastní náklady přívod 400 V/50 Hz na všech místech instalace, nebudeme vylučovat nabídku na variantu napájení 400 V/50 Hz.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311