

Naše zn.: 2022/ 44343 /FNBRNO - 15.2.1 – Eg/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. 3. 2022

VZMR Monitor vitálních funkcí, E - ZAK ev.č. P21V00000107

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace, požaduje mj. vzdálený bezdrátový monitor, LCD display o rozměru min. 19".

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat rozměr vzdáleného bezdrátového monitoru 18", neboť tento požadavek nemá žádný objektivní vliv na funkci přístroje a na pacienta?

Odpověď na dotaz č. 1:

ANO, Zadavatel bude akceptovat rozměr vzdáleného bezdrátového monitoru 18"

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze č. 3 ZD - Vzorová kupní smlouva, požaduje termín dodání do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Vzhledem k celosvětové situaci na trhu, týkající se nedostatku klíčových komponentů pro dokončení výroby nejen zdravotnických prostředků, způsobené pandemií COVID-19, nejsme schopni garantovat dodání v zadavatelem požadovaném termínu.

Dotaz: Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat termín dodání do 6 měsíců od popisu kupní smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 2:

ANO, zadavatel bude akceptovat termín dodání do 6 měsíců od popisu kupní smlouvy.

Dodavatel si návrh kupní smlouvy může opravit sám.

Dále zadavatel mění bod č. 8. Výzvy k podání nabídek a prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2022 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel. 532 233 805