

Naše zn.: 2022/44501/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. března 2022

VZMR – Dokumentační systém, E-ZAK sys. č. P22V00000069

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace 3

Dotaz:

V technických specifikacích uvádíte jako volitelnou možnost snímání epifluorescence a uvádíte výčet více kanálu - fluoroforů. Můžete upřesnit, zda má být volitelný modul ke snímání fluorescence na membránách součástí a jaké vybrané kanály (případně fluorofory) nebo je to položka určena k pozdějšímu případnému upgrade-u?

Odpověď:

Ne, modul nemá být součástí. Požadavek je na možnost rozšíření "v budoucnu".

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311