

Naše zn.: 2022/ 56330 /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 4. 2022

Veřejná zakázka Kapilární sekvenátor

Vážený,

zadavatel obdržel dne 29. 3. 2022 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

V súlade s ustanovením článku V. ZD_Příloha č. 1_Vzor kupní smlouvy k VZ Z2022-009586: "Kapilární sekvenátor"- sa na vás obraciam s žiadosťou o zmenu v návrhu kúpnej zmluvy:

- a) v bode V.4, kde Zadávateľ požaduje "Zahájit práce na odstranění vad Zboží vzniklých v Záruční době do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícím. Prodávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím." Z důvodu, že sa nejedná o dodávku přístroja, ktorý je určený pre akútnu diagnostiku, žiadam o predĺženie lehoty 1 pracovného dňa- na lehotu 4 pracovných dní na nástup k oprave, od nahlásenia a povinnosť odstránenia väd v prípade, že nie je potrebný náhradný diel z 3 pracovných dní- na 8 pracovných dní.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s navrhovanou změnou a mění tento bod vzorové kupní smlouvy takto:

V.4 Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění vad Zboží vzniklých v Záruční době do 4 pracovních dnů od jejich oznámení Prodávajícím. Prodávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 8 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady písemně dohodnuta lhůta jiná.

Dotaz č. 2:

- b) v bode V.5 kde Zadávateľ požaduje "Bez zbytečného odkladu zapůjčit, nainstalovat a zprovoznit náhradní věc či soubor věcí funkčně, technicky a kvalitativně odpovídající Zboží nebo jeho části, jehož oprava má být provedena, a to bez nároku na jakoukoli další úplatu." Z důvodu, že sa jedná o sofistikovaný přístroj s náročnou instaláciou a súčasne nie je určený pre akútnu diagnostiku, žiadam o možnosť nahradiť túto povinnosť tým, že Predávajúci ju môže splniť zaistením vykonania potrebných analýz na inom zariadení obdobných parametrov a shodného účelu, na inom pracovisku, na svoje náklady.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje i zajištění sekvenační kapacity na jiném pracovišti za podmínky, že nesmí být omezen provoz pracoviště zadavatele. Požadovaná kapacita je cca 60 vzorků denně. Zadavatel mění tento bod vzorové kupní smlouvy takto:

V.5 Pokud odstranění vady vyžaduje dílenskou opravu nebo odstranění vady vyžaduje dlouhodobou opravu Zboží nebo jeho části, přičemž smluvní strany se pro tento případ nedohodnou na jiné lhůtě podle odst. V.4 této smlouvy, je Prodávající povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu zapůjčit, nainstalovat a zprovoznit náhradní věc či soubor věcí funkčně, technicky a kvalitativně odpovídající Zboží nebo jeho části, jehož oprava má být provedena, a to bez nároku na jakoukoli další úplatu, **případně je povinen po dobu opravy zajistit na své náklady provádění analýzy vzorků na jiném zařízení obdobných parametrů a shodného účelu na jiném odpovídajícím pracovišti. Zajištění sekvenční kapacity na jiném pracovišti nesmí omezit provoz pracoviště Kupujícího.** Pro účely této smlouvy je za dlouhodobou opravu považována oprava trvající déle než 8 pracovních dnů.

Dotaz č. 3:

V súlade s ustanovením článku III. Zadávací dokumentace k VZ Z2022-009586: "Kapilární sekvenátor"-sa na vás obraciam so žiadosťou o uresnenie bodu III. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA, v odstavci Technická kvalifikace, kde Zadávateľ požaduje "seznam min. 2 významných dodávek zdravotnických přístrojů." Bude Zadávateľ akceptovať zoznam 2 významných dodávok prístrojov, ktoré sú určené na výskumné účely a nie sú definované ako zdravotnícky prostriedok?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje jako významnou dodávku i dodávku kapilárních sekvenátorů,, které nejsou určené jako zdravotnické prostředky za podmínky, že se jednalo o přístroje stejné technické specifikace, kterou nyní zadavatel požaduje.

Zadavatel mění tento bod zadávací dokumentace takto:

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) **seznam min. 2 významných dodávek zdravotnických přístrojů** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem každé z nich musí činit alespoň 3 496 000,- Kč bez DPH

nebo

min. 2 významných dodávek kapilárních sekvenátorů stejné technické specifikace, kterou zadavatel nyní požaduje, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. V tomto případě se nemusí jednat o zdravotnický prostředek a není určen min. finanční objem dodávky.

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní dobu a současně o tolik pracovních dnů, o kolik překročil lhůtu 3 pracovních dnů od data obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do zveřejnění odpovědi.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láničková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz