

Naše zn.: 2022/60536/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. dubna 2022

VZMR – Víceúčelový reader, E-ZAK sys. č. P22V00000143

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u něž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu.

Tedy v rámci instalaci přístroje požadujete co, a v jakém rozsahu?

Jaké funkční zkoušky a v jakém rozsahu v rámci instalace požadujete (co a v jakém rozsahu)?

Jaké přijímací zkoušky a v jakém rozsahu v rámci instalace požadujete (co a v jakém rozsahu)?

Jaké či zda vůbec, požadujete v rámci instalace zkoušky dlouhodobé stability (ano či ne, pokud ano tak co a v jakém rozsahu)?

Odpověď:

Zadavatel obecně požaduje:

"Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u něž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu."

Prakticky, vzhledem k druhu poptávaného přístroje, bude zadavatel vyžadovat:

- provedení instalace přístroje, uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky;
- vstupní validace či kalibrace přístroje;
- likvidace obalového materiálu.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k tomu, že to charakter přístroje neumožňuje, tímto prosíme o vypuštění odstavce jak z dalších podmínek, tak i úpravu požadavků v kupní smlouvě vztahující se k tomuto.:

Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje vynechání odstavce:

"Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje."

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311