

Naše zn.: 2022/ 61155 / /FNBRNO -14.7 – DrŠ/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 4. 2022

Veřejná zakázka LSK věže II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 4. 2022 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1 - Laparoskopická věž 4K

Zadavatel v rámci veřejné zakázky LSK věže II – část 1 LSK věž 4K u přístroje Elektrochirurgický vysokofrekvenční generátor 1 ks požaduje možnost připojení bezdrátového i drátového ovládacího pedálu.

Bude zadavatel akceptovat možnost připojení 2 typů nožních drátových ovládacích pedálů při zachování stejného medicínského účelu použití?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat i variantu s možností připojení 2 typů nožních drátových ovládacích pedálů při zachování stejného medicínského účelu a splnění ostatních podmínek zadání plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje parametr s možností přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátorem bez nutnosti dotyku s displejem.

Bude zadavatel akceptovat dodání generátoru bez funkce – Možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátorem, bez nutnosti dotyku s displejem, při zachování stejného medicínského účelu použití?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat i variantu elektrochirurgického generátoru bez funkce Možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátorem bez nutnosti dotyku s displejem při zachování stejného medicínského účelu a splnění ostatních podmínek zadání plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 3 - Torakoskopická věž

Zadavatel v rámci veřejné zakázky LSK věže II – část 4 Torakoskopická věž u přístroje Elektrochirurgický generátor 1 ks požaduje ovládní generátoru v ČJ.

Bude zadavatel akceptovat ovládání generátoru i v jiném jazyce, např. v angličtině? Při zachování stejného medicínského účelu použití?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat variantu elektrochirurgického generátoru s ovládáním v cizím jazyce a trvá na elektrochirurgickém generátoru s ovládáním v českém jazyce.

Na základě shora uvedených odpovědí zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní dobu.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno