

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Část 1: b) aktivní antidekubitní matrace

Parametr: - systém provzdušňování pokožky pacienta

Dotaz: Námi nabízená hybridní vzducho-pěnová matrace má díky speciální konstrukci velmi nízké a ploché komory, čímž je tlak aktivních prstů na pokožku pacienta významně nižší, protože se rozloží do větší plochy než u standardních konvenčních pouze vzduchových matrací, které aby mohly být určeny pro IV. stupeň dekubitů, mívají jako podpůrnou záležitost systém provzdušnění pokožky pacienta. Klinicky není tento systém vhodný, protože v případě otevřených ran (dekubitů) se pomocí ventilovaných cel - systému provzdušnění pokožky vhání vzduch z místnosti, který může být kontaminovaný, přímo do otevřené rány. Můžeme tedy nabídnout námi navrhované řešení v podobě speciální konstrukce matrace?

Odpověď:

Funkce provzdušňování pokožky pacienta u antidekubitních matrací určených pro IV. stupeň dekubitů není z toho důvodu, že bez této funkce by nedosáhly na požadovaný stupeň, ale je jako další podpůrná funkce pro prevenci vzniku dekubitů u pacientů s vlhkou pokožkou (horečky a pocení, inkontinence, ...) kdy proud vzduchu uvolňovaný z jednotlivých cel trvale osušuje pokožku pacienta a tím napomáhá předcházení vzniku dekubitů.

Zadavatel požaduje systém provzdušňování pokožky pacienta a nestanovuje, jakým způsobem toho výrobek dosáhne. Dodavatel však musí prokázat, že tento požadavek jeho výrobek splňuje.

Dotaz:

Část 1: b) aktivní antidekubitní matrace

Parametr: - vyměnitelné komory – dvojitě

Dotaz: vyměnitelné cely náš systém nabízí. Dvojitě cely ovšem ne. Tento požadavek je nutný při ventilovaných celách, které dotazujeme v dotazu č. 1. Můžeme tedy nabídnout cely jednoduché, které nepodporují provzdušnění, a proto nemusí být dvojitě?

Odpověď:

Zadavatel z důvodu minimalizace nákladů na případné opravy požaduje vyměnitelné komory, aby bylo možné vyměnit pouze poškozenou komoru. Zároveň zadavatel požaduje matrace s funkcí provzdušňování pokožky pacienta – viz odpověď č. 1.

Dotaz:

Část 1: b) aktivní antidekubitní matrace

Parametr: - výška matrace min. 17 cm, max. 24 cm

Dotaz: Obecně platí, že čím nižší matrace, tím vyšší bezpečí pro pacienta. Zůstane tak zachována funkce postranic a tím se eliminují možné pády pacienta a zvýší se jejich bezpečí. Námi nabízená matrace má celkovou výšku 12 cm a je určena pro IV. stupeň dekubitů! Můžeme tedy nabídnout matraci s výškou 12cm při zachování medicínského účelu a vyššího stupně dekubitů (IV.) než je požadováno zadávací dokumentací (III.)?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení parametru výšky matrace v rozmezí 17- 24 cm. Dále bychom chtěli upozornit, že zadávací dokumentace požaduje podporu léčby proleženin IV. stupně nikoli, jak uvádíte v dotazu III. stupně.