

Naše zn.: 2022/63405/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. dubna 2022

VZMR – Pulzní oxymetry, EZAK ev.č. P22V00000169

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v Příloze č. 1 v Technické specifikaci parametr: barevný displej s rotací. Z medicínského hlediska se nejedná o parametr, který by měl zásadní význam pro funkčnost. Bude tedy zadavatel akceptovat i barevný displej bez rotace?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i barevný displej bez rotace.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814