

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

**Veřejná zakázka: Laparoskopická věž****dle § 85 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření kupní smlouvy na laparoskopickou věž.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Laparoskopická věž - 1.382.244,- Kč

**dle § 85 odst. 2 písm. b)**

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

**dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč**

Uchazeč	<b>LaparoTech Instruments s. r. o.</b>
Sídlo	Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem
IČ:	25622846
DIČ:	CZ26522846
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

**dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny****Uchazeč č. 1**

Uchazeč	<b>VIDIS s.r.o.</b>
Sídlo	Hvoždanská 3, 148 01 Praha 4
IČ:	45279357
DIČ:	CZ45279357
Nabídková cena (bez DPH)	1.500.020 Kč

**Uchazeč č. 2**

Uchazeč	<b>LaparoTech Instruments s. r.o.</b>
Sídlo	Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem
IČ:	25622846
DIČ:	CZ25622846
Nabídková cena (bez DPH)	1.382.244 Kč

Uchazeč č. 3

Uchazeč	<b>B. Braun Medical s.r.o.</b>
Sídlo	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ:	48586285
DIČ:	CZ48586285
Nabídková cena (bez DPH)	1.188.087 Kč

Uchazeč č. 4

Uchazeč	<b>TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.</b>
Sídlo	Na Zatlance 5/2174, 150 00 Praha 5
IČ:	45797803
DIČ:	CZ45797803
Nabídková cena (bez DPH)	1.644.185 Kč

Uchazeč č. 5

Uchazeč	<b>MeWAdia s.r.o.</b>
Sídlo	Hlinky 64, 603 00 Brno
IČ:	27683818
DIČ:	CZ27683818
Nabídková cena (bez DPH)	1.495.837 Kč

**dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči**

Uchazeč	B. Braun Medical s.r.o.
Sídlo	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ:	48586285
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na 3-chipovou kameru s parfokálním optickým zoomem, dále neuvedl, zda Asistenční LCD Full HD monitor umožňuje full HD zobrazení obrazu snímaného kamerou, umístěnou ve vzdálenosti cca 10 m kabelového vedení; zda umožňuje uchycení Asistenčního LCD Full HD monitoru na stativ prostřednictvím držáku VESA 100, pro pumpu pro sání + oplach není dodržena rychlost proplachu pro hysteroskopii; je nižší než zadavatel požaduje. Pro insuflátor chybí v nabídce údaj, zda obsahuje paměť nastavených hodnot (univerzálně přednastavená paměť nebo poslední nastavení před vypnutím přístroje). Nabídka neobsahovala informaci, zda záznamové zařízení ovladatelné nožním pedálem umožňuje záznamové zařízení ukládat soubory ve formátu avi. V nabídce nebyly uvedeny délky pro nástroje: disektor bez aretace, grasper s aretací, nůžky Metzbaum bez aretace, okénkové bipolární kleště bez aretace. Nebyly uvedeny parametry nástrojů: kompletní trokar včetně kohoutku pro insuflaci s vnitřním průměrem 10 mm, kompletní trokar včetně kohoutku pro insuflaci vnitřní průměr 5 mm. Nebylo uvedeno, zda diagnostický hysteroskop s pracovním kanálem umožňuje připojení hadic proplachu a sání, u vozíku nebyly uvedeny údaje o elektrických zásuvkách a konektorech pro ochranné pospojování, napájení vozíku jedním kabelem. Nabídka neobsahovala informace o držáku asistenčního monitoru.

Uchazeč	MeWAdia s.r.o.
Sídlo	Hlinky 64, 603 00 Brno
IČ:	27683818
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že neuvádí, zda má 3-chipová full HD kamera parfokální optický zoom, dále nebyly specifikována ovládací tlačítka na kamerové hlavě, nebylo uvedeno, zda LCD Full HD monitor disponuje stojanem nebo jiným dostatečně stabilním uchycením na horní polici vozíku. V nabídce nebylo uvedeno, zda Asistenční LCD Full HD monitor umožňuje full HD zobrazení obrazu snímaného kamerou, umístěnou ve vzdálenosti cca 10 m kabelového vedení a zda umožňuje uchycení na stativ prostřednictvím držáku VESA 100. U pumpy pro sání + oplach nebyla splněna kritéria rychlosti proplachu, pro hysteroskopii byla uvedena nižší než zadavatel požadoval. U insuflátoru chyběl údaj, zda obsahuje vysokotlakou hadici pro připojení k tlakové láhvi. U vozíku nebyla uvedena informace, zda jsou k dispozici konektory pro ochranné pospojování. Zcela chyběly informace o Držáku asistenčního monitoru.

Uchazeč	TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.
Sídlo	Na Zatlance 5, 150 00 Praha
IČ:	45797803
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že neuvedl informace o umožnění předeřevu plynu u insuflátoru, dále chyběla informace u diagnostického hysterskopu s pracovním kanálem, zda umožňuje jeho optika zvětšený pohled. U diagnostického hysterskopu byl uveden jiný vnější průměr, než zadavatel požadoval.

**dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

-----

**dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění**

-----

**dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení**

-----

Zpráva zpracována dne:	4. 2. 2014
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	

Vyřizuje: Mgr. Martina Mikolášková, právnická OPV, tel.: 532 232 806, martina.mikolaskova@fnbrno.cz