

Naše zn.: 2022/66230/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. dubna 2022

VZMR – Pulzní oxymetry, EZAK ev.č. P22V00000169

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v Příloze č. 1 v Technické specifikaci řádek (bod) 42 parametr: Prodávající je povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek. Jelikož se jedná o oxymetr - zdravotnický prostředek třídy IIb, nejsme výrobcem oprávněni techniky Oddělení zdravotnické techniky proškolit tak, aby mohli tento úkon provádět. Bude zadavatel trvat na tomto požadavku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku o zaškolení k provádění BTK, pokud se dodavatel nezaváže na své náklady provádět technickou kontrolu podle Zákona č. 89/2021 Sb. § 45 po dobu životnosti přístroje, min. 5 let.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814