

Naše zn.: 2022/75856/FNBmo - 15.2.1 – Eg/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 11. května 2022

VZMR – Gynekologické vyšetřovací stoly, EZAK č. P2200000224

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č.: 1:

Žádáme o vysvětlení technických požadavků uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Požadováno:

Ovládací nožní pedál na základně lůžka.

Znění dotazu:

Bude zadavatel akceptovat dálkové kabelové nožní ovládání mimo základnu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Součástí gynekologických stolů musí být nožní ovladač, u něhož není nutné, aby byl součástí základny lůžka. (Tzn. akceptujeme nožní ovládání mimo základnu).

Dále zadavatel mění bod č. 9. Termín podání nabídky a prodlouží lhůtu pro podání nabídek z 13. 05. 2022 na 18. 05. 2022 do 11.00 hod.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814