

Naše zn.: 2022 / 78449 /FNBRNO – 15.2.1 – Eg/Mo  
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. května 2022

**Zadavatel:**

**Fakultní nemocnice Brno**  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

## **Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**

### **1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka toaletních sedaček pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

|           | <b>Název části</b>                 | <b>Počet kusů</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
| Část č. 1 | Toaletní křeslo pevné - stavitelné | 6                 |
| Část č. 2 | Toaletní křeslo pevné              | 1                 |
| Část č. 3 | Toaletní křeslo pojízdné           | 11                |
| Část č. 4 | Toaletní a sprchová židle          | 1                 |

### **2. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

- Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od vystavení faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
- Délka záruky min. 24 měsíců.
- Nabízené Zboží ponese označení „CE“
- Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se Zboží vztahují, Kupujícímu do **6 týdnů** od objednání, a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.
- Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému předání Zboží dle přílohy č. 1 - Technická specifikace.
- Místem dodání Zboží je pro všechny části sklad Materiálně-technického zásobování, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno.

- Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží pět pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na sklad FN Brno paní Nině Kunderové, vedoucímu MTZ, tel.: 532 233 682, e-mail: [kunderova.nina@fnbrno.cz](mailto:kunderova.nina@fnbrno.cz). Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.

### 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- pokud se jedná o zdravotnický prostředek - prohlášení o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 89/2021 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)

### 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže dodaných přístrojů k podlaze a přípojným médiím na místě uživatele, instruktáže, cla, složení, obaly apod.

### 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

### 6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

### 7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Toaletní sedačky**“.

### 8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle

dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

## **8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**

31. 5. 2022 do 11:00 hod.

## **9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO**

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Hana Egerlová  
vedoucí obchodního oddělení

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674

Část č. 1:

**Toaletní křeslo pevné - stavitelné**

**6 ks**

- výškově stavitelné toaletní křeslo pevné
- nosnost 130 kg
- barva polstrování: šedá
- nohy křesla budou zakončeny protiskluzovým materiálem
- z odolného pevného nereznoucího materiálu
- sedák dvoudílný polstrovaný, dezinfikovatelný, schválený ve zdravotnictví
  - horní díl celý odnímatelný
  - spodní s otvorem - mísa plastová/nerezová (vhodná pro dezinfekci v myčce podložních mís)
- odebrání podložní mísy horní nebo z boku či ze zadní strany
- polstrované područky, opěrka zad bude buď polstrovaná nebo z jiného pevného, nesavého zdravotně nezávadného materiálu
- výška sedací plochy od podlahy:
  - min. 500 mm
  - max. 440 mm
- rozměry sedací plochy:
  - šířka min. 430 mm
  - hloubka min. 450 mm



**Toaletní křeslo pevné**

**1 ks**

- toaletní křeslo pevné
- nosnost 120 kg
- nohy křesla budou zakončeny protiskluzovým materiálem
- z odolného pevného nereznoucího materiálu
- sedák dvoudílný polstrovaný, dezinfikovatelný, schválený ve zdravotnictví
  - horní díl celý odnímatelný
  - spodní s otvorem - mísa plastová/nerezová (vhodná pro dezinfekci v myčce podložních mís)
- odebrání podložní mísy horní nebo z boku či ze zadní strany
- polstrované područky, opěrka zad bude buď polstrovaná nebo z jiného pevného, nesavého zdravotně nezávadného materiálu
- výška sedací plochy od podlahy:
  - min. 480 mm
  - max. 440 mm
- rozměry sedací plochy:
  - šířka min. 440 mm
  - hloubka min. 450 mm



**Toaletní křeslo pojízdné**

**11 ks**

- toaletní křeslo pojízdné
- nosnost 125 kg
- barva polstrování: černá
- 4x kolečka, min. zadní dvě s nášlapnou brzdou
- z odolného pevného nerezovacího materiálu
- sedák dvoudílný
  - horní díl celý odnímatelný - polstrovaný, dezinfikovatelný, schválený ve zdravotnictví
  - spodní s otvorem (plastové toaletní sedátko) - mísa plastová/nerezová (vhodná pro dezinfekci v myčce podložních mís)
- po odebrání nádoby možnost s vozíkem nacouvat nad WC, odebrání podložní mísy z boku či ze zadní strany
- odnímatelné nebo sklopné područky (vhodná pojistka)
- odklopné a odnímatelné podnožky
- polstrované područky, opěrka zad bude buď polstrovaná nebo z jiného pevného, nesavého zdravotně nezávadného materiálu
- výška sedací plochy od podlahy:
  - min. 500 mm
  - max. 550 mm
- rozměry sedací plochy:
  - šířka min. 420 mm
  - hloubka min. 450 mm
- madlo pro obsluhu – pro převoz pacienta



**Toaletní a sprchová židle**

**1 ks**

- výškově stavitelná toaletní a sprchová židle
- možnost nastavení lehkého náklonu dopředu pro snadnější zvedání pacienta
- nosnost 130 kg
- barva: šedá
- nohy křesla budou zakončeny protiskluzovým materiálem
- z odolného pevného nerezovacího materiálu
- toaletní nádoba s bezpečnostním víkem - plastová/nerezová (vhodná pro dezinfekci v myčce podložních mís)
- sed a opěrka zad polstrovaná nebo z jiného pevného, nesavého zdravotně nezávadného materiálu
- odnímatelné polstrování sedu a zádové opěrky
- výška sedací plochy od podlahy:
  - min. 420 mm
  - max. 570 mm
- rozměry sedací plochy:
  - šířka sedu s područkami min. 450 mm
  - šířka sedu bez područek min. 540 mm
  - hloubka min. 530 mm



Obrázky jsou pouze ilustrační