

Naše zn.: 2022/84158/FNBrno -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 5. 2022

Veřejná zakázka Infuzní technika

Vážení,

zadavatel obdržel dne 24. 5. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Část č. 1 – Infuzní technika pro KIGOPL

Lineární dávkovače

Počet: 22 ks

Zadavatel uvádí - ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky. Bude zadavatel akceptovat ovládání i přes velký dotykový displej min. o velikosti 7" s 2 tlačítky pro reset alarmu a zapnutí vypnutí, jaký používají dnes světoví výrobci a tím i usnadnění práce s přístrojem a poruchy kláves? Ovládání dotykovou obrazovkou s min. 7" velikostí je dnes již celosvětovou praxí a je stejně komfortní a bezpečné jako zadání na tlačítkách.

Zadavatel uvádí - samostatné tlačítko pro funkce:

- o Zap/Vyp**
- o Start/Stop**
- o Menu**
- o Potlačení/ztišení alarmu**
- o Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu**
- o Bolus**

Bude zadavatel akceptovat jen tlačítka pro Zap/Vyp a Potlačení /ztišení alarmů? Kdy zbytek ovládání je přes min. 7" dotykový displej s maximálním komfortem ovládání a eliminaci chyb personálu?

Infuzní pumpy

Počet: 18 ks

Zadavatel uvádí - ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky. Bude zadavatel akceptovat ovládání i přes velký dotykový displej min. o velikosti 7" s 2 tlačítky pro reset alarmu a zapnutí vypnutí, jaký používají dnes světoví výrobci a tím i usnadnění práce s přístrojem a poruchy kláves? Ovládání dotykovou obrazovkou s min. 7" velikostí je dnes již celosvětovou praxí a je stejně komfortní a bezpečné jako zadání na tlačítkách.

Zadavatel uvádí - samostatné tlačítko pro funkce:

- o Zap/Vyp**
- o Start/Stop**
- o Menu**

- o Potlačení/ztišení alarmu**
- o Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu**
- o Bolus**

Bude zadavatel akceptovat jen tlačítka pro Zap/Vyp a Potlačení /ztišení alarmů? Kdy zbytek ovládání je přes min. 7“ dotykový displej s maximálním komfortem ovládání a eliminaci chyb personálu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém původní požadavku na ovládání lineárních dávkovačů a infuzních pump pomocí tlačítek a nesouhlasí s ovládáním pomocí dotykového displeje a dvou tlačítek Zap/Vyp a Potlačení/ztišení alarmů.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno