

Naše zn.: 2022/84753 /FNBRNO -14.7 – DrR/KI
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 5. 2022

Veřejná zakázka Dezinfekční prostředky 2022

Vážený,

zadavatel obdržel dne 23. 5. 2022 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje v části 3 – DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY NA PLOCHY A POVRCHY v sekci Požadavky na dezinfekční prostředky na malé plochy - Prostředek 14, který takto specifikuje:

Forma: vlhčené ubrousky

Účinná látka: kombinace alkoholů s jeho obsahem do 30%, bez další účinné látky

Další specifikata: vhodné pro citlivé povrchy (vč. inkubátorů a ultrazvukových sond) a nerezové povrchy

Vámi uvedená účinná látka – kombinace alkoholů do 30% je v rozporu s požadavkem na vhodnost pro ultrazvukové sondy. Jelikož alkohol není pro dezinfekci ultrazvukových sond vhodný, dokáže tyto materiály poškodit.

My jako dodavatel nabízíme vlhčené ubrousky na bázi KAS, které jsou výrobci ultrazvukových přístrojů doporučené k dezinfekci ultrazvukových sond.

Umožní zadavatel upravit specifikaci produktu Prostředek 14 v oblasti Účinná látka a Spektrum účinnosti?

Odpověď:

Zadavatel vypouští specifikaci „vč. ultrazvukových sond“ a upraví zadání. Na ostatních požadavcích zadavatel trvá.

Na základě uvedené odpovědi zadavatel upraví zadávací dokumentaci a prodlouží odpovídajícím způsobem lhůtu k podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz