

Naše zn.: 2022/85761/FNBrno– 15.2.2 – Eg/Ed
Vaše zn.: -

V Brně dne 27.5.2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 46 ks zdravotnických židlí pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	počet kusů
Část č. 1	Zdravotnické židle TYP A	14
Část č. 2	Zdravotnické židle TYP B	11
Část č. 3	Zdravotnické židle TYP C	2
Část č. 4	Zdravotnické židle TYP D	3
Část č. 5	Zdravotnické židle TYP E	6
Část č. 6	Zdravotnické židle TYP F	2
Část č. 7	Zdravotnické židle TYP G	2
Část č. 8	Zdravotnické židle TYP H	5
Část č. 9	Zdravotnické židle TYP CH	1

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnížší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Židle z plánu DDHM 2022 - zdravotnické**“.

7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

12.6.2022 do 11:00 hod

9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

Příloha č. 1 – Technická specifikace kancelářských židlí

1. Část – TYP A celkem 14 ks

- lékařská židle s velkým rozsahem výšky sezení
- opora nohou
- chromované kovové části
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- vysoká ořetudolnost
- nosnost 150 kg

Rozměry (pouze orientační):

Hloubka sedáku 400 mm

Výška sedáku od 520 mm

Výška sedáku do 710 mm

Šířka sedáku 400 mm

1.1 Bílá 8 ks:

NS 3608 NL 3 ks

NS 3609 NL 4 ks

NS 7283 COS III 1 ks

1.2. Modrá 2 ks:

NS 3749 OKMI

1.3. Tmavě šedá 3 ks:

NS 3968 KRNM

1.4. Pískově žlutá 1 ks:

NS 4006 TTO



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

2. Část – TYP B celkem 11 ks

- Židle lékařská, kříž chrom, ekokůže
- Židle s tvarovaným sedákem z formované pěny
- čalounění v ekologické kůži
- synchronní mechanismus
- pogumovaná kolečka pro tvrdé podlahy
- kříž z leštěného hliníku se zvýšenou nosností 130 kg

Rozměry (pouze orientační):

Hloubka sedáku 370 mm

Výška sedáku od 450 mm

Výška sedáku do 610 mm

Šířka sedáku 520 mm

Výška od 880 mm

Výška do 1040 mm

2.1. Černá 5 ks:

NS 8082 EC 4 ks

NS 7600 NO 1 ks

2.2. Modrá 1 ks

NS 7600 NO

2.3. Oranžová 5 ks:

NS 8082 EC 3 ks

NS 7600 NO 2 ks



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

3. Část – TYP C – celkem 2 ks

- Výškově nastavitelná lékařská stolička, s oporou nohou
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- vysoká otěruodolnost
- otočná stolička s velkým výškovým rozsahem
- kostra světle šedá, kříž z leštěného hliníku
- kolečka pro tvrdé podlahy
- nosnost 120 kg

Rozměry (pouze orientační):

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm

3.1. Zelená 1 ks

NS 1061 IKK

3.2. Oranžová 1 ks

NS 1061 IKK



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

4. Část – TYP D celkem 3 ks

- lékařská židle s velkým rozsahem sezení
- měkká kolečka pro tvrdé podlahy
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- kolečka na tvrdé podlahy
- vysoká ořetudolnost
- nosnost 130 kg

Rozměry (pouze orientační):

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm

Výška od 880 mm

Výška do 1000 mm

4.1. Modrá 2 ks:

NS 6723 PAČ 1 ks

NS 7520 GPK ks

4.2. Bílá 1 ks:

NS 3500 ÚPA



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

5. Část – TYP E celkem 6 ks

- Stabilní stohovatelná stolička
- Chromovaná kostra
- Sedák čalouněný koženkou
- Barva světle okrová

Rozměry (pouze orientační):

Hloubka 340 mm

Výška 440 mm

Šířka 340 mm

5.1. Světle okrová 6 ks:

NS 3421 DTC 2 ks

NS 2821 RHO 4 ks



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

6. Část – TYP F 2 ks - NS 7782 COS II

- dinační židle s pevnou chromovanou konstrukcí
- pětiramenný kříž
- podpěra nohou výškově stavitelná v závislosti na výšce sezení
- židle čalouněná kvalitní zdravotní koženkou
- nastavení výšky sezení plynovým perem
- pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy
- barva dle vzorníku

Výška	660 – 850 mm
Sedací výška	510 – 700 mm
Šířka	620 mm
Sedák	ø 400 mm
Tloušťka sedadla	40 mm
Hmotnost	9 kg



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

7. Část – TYP G 2 ks – NS 7600 NO

- lékařská židle s tvarovaným sedákem ve tvaru sedla
- výškově stavitelný sedák
- náklon sedáku s možností aretace v libovolné pozici
- chromovaný kříž o průměru 500 mm
- kolečka pro tvrdou podlahu, čalouněno v ekologické kůži
- výškově stavitelný opěrný kruh na nohy
- možnost přikoupení kluzáků - VKC 300 - 5 ks
- barva pistáciová

Rozměry (pouze orientační):

Šířka sedáku: 380 mm

Výška sedáku: 650 - 910 mm

Nosnost: 120 kg



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

8. Část – TYP H 5 ks – NS 2811, 2812, 2814 RHO

Vysoká židle pro pacienty po TEP kyčle

Šířka sedu: 40cm

Výška sedu: 53,5, - 68cm

Nosnost: 136kg

- nastavitelná výška sedu
- nastavení úhlu sedu
- pevná madla
- polstrovaný sed
- polstrovaná opěrka zad
- protiskluzové nástavce
- barva bílá



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !

9. Část – TYP CH 1 ks – NS 8311 KÚCH

- Nosnost 110 kg
- Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovou koncovkou z gumy
- Sedák z kvalitního plastu, konstrukce z hliníku
- Včetně odtokových otvorů
- sedací plocha o rozměrech 52,5 x 45,5 cm
- úchopy po stranách
- barva bílá

Rozměry (pouze orientační):

Materiál hliník

Výška sedáku od 370 mm

Výška sedáku do 550 mm

Šířka sedáku 455 mm



FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !