

Naše zn.: 2022/88565/FNBmo- 15.2.1 – Eg/Dr
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. června 2022

VZMR – Transportní inkubátor pro NO, EZAK ev.č. P22V00000278

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „regulaci teploty v inkubátoru v rozmezí min. 22 – 38°C“. Může Uchazeč nabídnout zařízení s regulací teploty v inkubátoru v rozmezí 25 – 38°C, kdy vzhledem k předpokládanému použití transportního inkubátoru je řízená regulace teploty pod 25°C reálně nevyužitelná?

Odpověď na dotaz č. 1

Akceptujeme. Uchazeč může nabídnout zařízení s regulací teploty v inkubátoru v rozmezí 25 - 38 °C.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „vzduchovou a kyslíkovou lahev, 3 l (vysokotlaká verze) včetně redukčního ventilu, dle ČSN“.

Může Uchazeč nabídnout pouze vzduchový a kyslíkový redukční ventil dle ČSN, vzhledem k současné situaci, kdy dodavatelé medicínálních plynů standardně plní pouze vlastní tlakové lahve (následně pronajímané do nemocnic) a nenabízí možnost plnění lahví vlastních nemocnicí. Lahve dodané současně s inkubátorem by tak pouze navýšily kupní cenu, bez možnosti využití lahví ze strany Zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 2

Akceptujeme. Vzhledem k nemožnosti plnění vlastních O2 lahví, uchazeč může nabídnout pouze vzduchový a kyslíkový redukční ventil dle ČSN

Dotaz č. 3

Zadavatel ve Vzorové Kupní smlouvě požaduje „dodací lhůtu 8 týdnů“. Ze strany Uchazeče je s ohledem k současné komplikované dodavatelsko-odběratelské situaci termín nesplnitelný. Bude Zadavatel akceptovat prodloužení termínu dodání na 12 týdnů?

Odpověď na dotaz č. 3

Vzhledem k havárii stávajícího transportního inkubátoru by klinika samozřejmě upřednostnila co nejdřívější dodání. Pokud je však požadavek ze strany dodavatele nesplnitelný, patrně budeme muset souhlasit.

Dotaz č. 4

Zadavatel ve Vzorové Kupní smlouvě požaduje „Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění

bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami“. Tento požadavek je obvyklý u techniky dodávané ve velkých počtech a opakovaně (např. infuzní technika, lůžka). U zařízení dodávaných v řádu jednotek je tento požadavek neobvyklý a Uchazeč není ze strany výrobce oprávněn (v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.) k zaškolování dalších osob k provádění BTK, servisu a instruktáže. Bude Zadavatel akceptovat řešení navrhované Uchazečem, který uzavře se Zadavatelem pozáruční Servisní smlouvu, která bude pokrývat požadované činnosti?

Odpověď na dotaz č. 4

Nepožadujeme proškolení techniků OZT.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Drábková, tel. 532 231 566