

Naše zn.: 2022/ 88866 / /FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 6. 2022

Veřejná zakázka Mobilní RTG přístroje (C – ramena)

Vážení,

zadavatel obdržel dne 31. 5. 2022 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Část č. 2 C-rameno s Flat_Panelem o velikosti 30x30 cm

Připustí zadavatel v soutěži C-rameno renomovaného výrobce, které nabízí bez vaskulárního balíčku DSA, MSA, RSA a v níže uvedených parametrech s ekvivalentní řešení:

- Vzdálenost ohnisko-detektor min. 99 cm
- Volný prostor generátor-detektor min. 77 cm
- Rozsah pulsní skenování v mA min. 0,5 – 60 mA
- Maximální výkon generátoru min. 15 kW
- Typ technologie flat panelu - amorfní křemík s rozlišením 1956x1956 a 3 formáty obrazu (2x zoom)
- Kontrast zobrazení min. 700:1 na prohlížečích stanicích

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat uvedený přístroj z důvodů provádění hybridních výkonů na COS.

Dotaz č. 2:

Část č. 3 C-rameno s Flat-Panelem o velikosti 30x30 cm

Připustí zadavatel v soutěži C-rameno renomovaného výrobce, které nabízí bez vaskulárního balíčku DSA, MSA, RSA a v níže uvedených parametrech s ekvivalentní řešení:

- Vzdálenost ohnisko-detektor min. 99 cm
- Volný prostor generátor-detektor min. 77 cm
- Rozsah pulsní skenování v mA min. 0,5 – 60 mA
- Maximální výkon generátoru min. 15 kW
- Typ technologie flat panelu - amorfní křemík s rozlišením 1956x1956 a 3 formáty obrazu (2x zoom)
- Kontrast zobrazení min. 700:1 na prohlížečích stanicích

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat uvedený přístroj z důvodů provádění hybridních výkonů na COS.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láničková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz