

Naše zn.: 2022/90181/FNBrno -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 6. 2022

Veřejná zakázka Pojízdny RTG přístroj

Vážení,

zadavatel obdržel dne 1. 6. dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz

Bude zadavatel akceptovat níže uvedené parametry pojízdného RTG přístroje renomovaného výrobce?

- Nabití baterie do max. 9 hod ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití
- Šířka přístroje max. 670 cm
- Hmotnost přístroje max. 560 kg
- Matrice velkého detektoru min. 2 330 x 2846 bodů
- Velikost pixelu velkého detektoru maximálně 150 µm
- Matrice malého detektoru min. 1 500 x 1 920 bodů
- Velikost pixelu malého detektoru maximálně 150 µm
- Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 5 s

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabití baterie do max. 9 hod ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití. Ostatní parametry ponechává v Zadávací dokumentaci beze změny.

Současně Zadavatel mění Zadávací dokumentaci - Přílohu č. 2 Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Na základě shora uvedených odpovědí zadavatel mění Zadávací dokumentaci – Přílohu č. 1 Technickou specifikaci a Přílohu č. 2 – Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií a prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní dobu.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno