

Naše zn.: 2022/89851/FNBrno -14.7 – DrR/Sr
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 6. 2022

Veřejná zakázka – Lůžka pro pacienty

Vážení,

zadavatel obdržel dne 1. 6. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz 1:

Zadavatel v části č. 2: Nemocniční lůžka pro KIGOPL požaduje:

- sloupová konstrukce lůžka s min. 3dílnou ložnou plochou

Námi nabízené lůžko splňuje veškeré požadavky zadavatele, nabízí rovnocenné technické řešení a je plně v souladu s normou ČSN EN 60601-2-523. Konstrukce lůžka má 2-ramenný zvedací systém se čtyřbodovým uchycením, které umožňuje rovnoměrnější rozložení těžiště pacienta do více bodů a zajišťuje větší stabilitu lůžka v případě přesunu. Lůžko disponuje vícenásobnou ložnou plochou, než je požadováno - 4 dílnou, což umožňuje mnohem lepší rozložení hmotnosti pacienta, zmenšení tlaku na podložku a předchází tak vzniku potenciálních proleženin. Lůžko je bezpečné, uživatelsky příjemné s otevřenou konstrukcí, intuitivním ovládáním a komponenty plug & play pro snadnou údržbu, čištění, servis, dekontaminaci a zdvihem ložné plochy od 34 cm (kolečka 150 mm) pro větší bezpečnost pacientů a variability při použití patientských zvedáků.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené lůžko?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci a nebude akceptovat výše nabízené lůžko. U dvouramenného zvedacího systému hrozí riziko skřípnutí kabelů, hadiček či vaků při polohování lůžka.

Dotaz 2:

Dotaz 2.1:

Zadavatel v části č. 3: Bariatrické lůžko

V této části není zadavatelem specifikováno zda požaduje elektrický pojezd lůžka pro snadnější manipulaci a přesun lůžka ošetrovatelským personálem. Váha bariatrického lůžka je cca 350 kg + váha pacienta např. 300 kg, je celková váha okolo 650 kg. Pro ošetrovatelský personál je pohyb s lůžkem nebo přesun lůžka při váze lůžka s bariatrickým pacientem v porovnání s váhou ošetrovatele velmi

obtížný. Je zde také potenciální riziko možného úrazu a následné dlouhodobé pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu. Námi nabízené řešení umožňuje pohyb a přesun lůžka pouze jednou osobou.

Požaduje zadavatel u bariatrického lůžka elektrický pojezd lůžka?

Odpověď:

Nabízené zboží musí splňovat technickou specifikaci zadavatele. Způsob řešení pojezdu lůžka je ponechán na účastníkovi.

Dotaz 2.2:

V odstavci Příslušenství požaduje zadavatel pasivní antidekubitní matraci pro bariatrické pacienty. Námi nabízené řešení je antidekubitní bariatrická matrace s možností rozšíření matrace z obou stran a prodloužení matrace v nožní části přídavnými segmenty. Výhodou je použití matrace s přídavnými segmenty až na šířku matrace 122 cm pro bariatrického pacienta tak i ve standardním rozměru matrace o šířce 86 cm. Standardní délku matrace 202 cm lze rozšířit o přídavný segment až na délku matrace 224 cm.

Požaduje zadavatel pasivní antidekubitní matraci pro bariatrické pacienty s možností rozšíření a prodloužení pomocí přídavných segmentů?

Odpověď:

Nabízené zboží musí splňovat technickou specifikaci zadavatele. Způsob dalšího řešení antidekubitní matrace je ponechán na účastníkovi.

Na základě těchto odpovědí nebude změněna zadávací dokumentace, dojde však k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno