

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Lůžka pro pacienty

Zakázka je (spolu)financována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační čísla projektů:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016259 - Rekonstrukce JIP kliniky IGEK FN Brno

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016313 - JIP KIGOPL FN Brno

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016682 - Přístrojové vybavení KICH FN Brno

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
ID datové schránky: 4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení je dodávka lůžek pro pacienty (dále také „Zboží“) pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství (KIGOPL) a Kliniky infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. zákona ve výši 7 307 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena níže uvedenou dílčí předpokládanou hodnotou v jednotlivých částech veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192120-9 Nemocniční lůžka
33192130-2 Lůžka s motorovým pohonem

Specifikace předmětu plnění:

Lůžka pro pacienty vč. příslušenství pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství (KIGOPL) a Kliniky infekčních chorob (KICH) dle technické specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka je v souladu s ustanoveními § 35 zákona rozdělena na 4 části.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

	Název části	Dílčí předpokládaná hodnota bez DPH
Část č. 1	Nemocniční lůžka pro IGEK	4 224 000 Kč
Část č. 2	Nemocniční lůžka pro KIGOPL	2 397 000 Kč
Část č. 3	Bariatrické lůžko	579 000 Kč
Část č. 4	Transportní lůžko	107 000 Kč

III.

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to **předložením prostých kopií požadovaných dokumentů**. Doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. **Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží **výpis z Rejstříku trestů** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) **potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) **písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona **písemné čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) **výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení**, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží § 77 odst. 1 **výpis z obchodního rejstříku**, nebo **jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) **seznam min. 2 významných dodávek¹** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem každé z nich musí činit alespoň:

Pro část č. 1: 2 110 000 Kč bez DPH
 Pro část č. 2: 1 190 000 Kč bez DPH
 Pro část č. 3: 280 000 Kč bez DPH
 Pro část č. 4: 50 000 Kč bez DPH

Pokud účastník podává nabídku do více částí, postačí předložit jeden seznam k prokázání splnění požadavku s vyšším požadovaným finančním objemem.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona **popisy nebo fotografie** všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

¹Za dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka nemocničních lůžek

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; obsah písemného závazku bude v souladu s § 83 odst. 2 zákona

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 226 a násl. zákona, předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím systému certifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může prokázat kvalifikaci též předložením platného certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Požadované přístroje nesmí být připojeny k datové síti zadavatele ani uchovávat osobní údaje na externím úložišti.

Technická specifikace:

Část č. 1: Nemocniční lůžka pro IGEK

Počet: 12 ks

- lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52²
- sloupová konstrukce lůžka s min. 3dílnou ložnou plochou
- max. vnější rozměr lůžka 225 x 105 cm
- bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg
- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm
- výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádová, stehenní, lýtková část, Trendelenburg min. 12°, anti Trendelenburg min. 12°
- lůžko lze uvést do pozice tzv. kardiackého křesla
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
- laterální náklon pomocí elektromotoru
- možnost elektrického prodloužení lůžka o min. 20 cm
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku
- centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí (vč. případné zvukové signalizace pro přivolání sestry pacientem) a s přednastavenými důležitými polohami
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a nastavení laterálního náklonu s ochranou proti nechtěnému polohování
- centrální brzda

² Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

- kolečka o průměru min. 150 mm
- 5. kolečko výhodou
- snadno odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení
- integrované dělené sklopné postranice, plné (ne trubkové), s ochranou proti nechtěnému spuštění a s tlumiči nárazů, výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. min. 45 cm nad ložnou plochou
- nárazová kolečka v rozích lůžka
- záložní akumulátor
- kroucený napájecí kabel
- integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infuzní stojan a hrazdu

Příslušenství:

- hrazda s rukojetí (12 ks)
- infuzní stojan (12 ks)
- aktivní antidekubitní matrace (pouze 2 ks v rámci dodávky), neintegrovaná (s možností přesunu mezi lůžky), kompatibilní s dodávanými lůžky
- v případě, že postranice nejsou po celé délce lůžka, požadujeme min. 2 páry (4 ks) přídavných (nožních) postranic k zamezení odchodu pacienta z lůžka
- 12 ks pasivní antidekubitní matrace z PUR pěny pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů (riziko III-IV)
 - nosnost min. 200 kg
 - voděodolný, paropropustný snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
 - materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech)
 - hmotnost max. 13 kg

Část č. 2: Nemocniční lůžka pro KIGOPL

Počet: 8 ks

- lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52³
- sloupová konstrukce lůžka s min. 3dílnou ložnou plochou
- max. vnější rozměr lůžka 225 x 105 cm
- bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg
- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm
- výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádová, stehenní, Trendelenburg min. 12°, anti Trendelenburg min. 12°
- lůžko lze uvést do pozice tzv. kardiackého křesla
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
- možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku
- centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí (vč. případné zvukové signalizace pro přivolání sestry pacientem) a s přednastavenými důležitými polohami
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování
- centrální brzda
- kolečka o průměru min. 150 mm
- snadno odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení

³ Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

- integrované dělené sklopné postranice, plné (ne trubkové), s ochranou proti nechtěnému spuštění a s tlumiči nárazů
- nárazová kolečka v rozích lůžka
- záložní akumulátor
- kroucený napájecí kabel
- integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infuzní stojan a hrazdu

Příslušenství:

- hrazda s rukojetí (8 ks)
- infuzní stojan (pouze 2 ks v rámci dodávky)
- 8 ks pasivní antidekubitní matrace z PUR pěny pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů (riziko III-IV)
 - nosnost min. 200 kg
 - voděodolný, paropropustný snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
 - materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech)
 - hmotnost max. 13 kg

Část č. 3: Bariatrické lůžko

Počet: 1 ks

- lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52⁴
- min. 3-dílná ložná plocha
- max. vnější rozměr lůžka 230 x 108 cm (v zúženém stavu)
- možnost rozšíření lůžka pro vyšší komfort bariatrického pacienta výhodou
- bezpečné pracovní zatížení vč. matrace a příslušenství min. 400 kg
- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru
- výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádová, stehenní, lýtková část, Trendelenburg min. 12°, anti Trendelenburg min. 12°
- lůžko lze uvést do pozice tzv. kardiackého křesla
- mechanické nebo elektrické spouštění zádového dílu (CPR)
- možnost prodloužení lůžka
- centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednastavenými důležitými polohami
- ruční/pacientský ovladač
- nožní ovladače
- centrální brzda
- 5. kolečko
- snadno odnímatelná čela bez použití náradí
- nárazová kolečka v rozích lůžka
- záložní akumulátor
- integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka tj. min do 400 kg
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infuzní stojan a hrazdu

Příslušenství:

- hrazda s rukojetí vhodná pro bariatrické pacienty

⁴ Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

- závěsná sklopná police na psaní
- infuzní stojan
- pasivní antidekubitní matrace vhodná pro bariatrické pacienty:
 - voděodolný, paropropustný snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
 - materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech)

Část č. 4: Transportní lůžko

Počet: 3 ks

- dvoudílné polohovací pojízdné lehátko s hydraulickým zdvihem
- hydraulicky nastavitelná výška v rozsahu min. 58 – 94 cm
- rozměry ložné plochy (šířka x délka): 70 x 200 cm ± 5 cm v obou rozměrech
- součástí sklopné postranice
- hlavový díl bez otvoru, délka minimálně 45 cm
- rozsah pohybu hlavového dílu min. od 0° do +45°
- nosnost minimálně 170 kg
- čtyři otočná kolečka, minimálně dvě brzděná
- kolečka pevná bezdušová
- přední kola (u hlavy) o průměru min. 450 mm
- zadní kola o průměru min. 125 mm
- ochranná nárazová kolečka v rozích lehátka
- čalounění odolné vůči běžné dezinfekci, jeho tloušťka minimálně 3 cm
- součástí držák papírové role za hlavou pacienta – odnímatelný

V.

POSTUP ZADÁVÁNÍ, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zadavatel v každé části uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, kupní smlouvu.

Dodávka Zboží a veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují, **pro část 1 – IGEK**, proběhne do **10 týdnů ode dne doručení písemného vyzvání Kupujícího**, přičemž předpokládaná doba dodání Zboží je březen 2023.

Dodávka Zboží a veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují, **pro část 2 – KIGOPL**, proběhne do **10 týdnů ode dne doručení písemného vyzvání Kupujícího**, přičemž předpokládaná doba dodání Zboží je březen 2023.

Dodávka Zboží a veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují, **pro části 3 a 4 – KICH**, proběhne nejpozději do **10 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy**.

Místem dodání Zboží je:

- **pro část 1:** Interní gastroenterologická klinika (IGEK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
- **pro část 2:** Klinika interní, geriatrické a praktického lékařství (KIGOPL), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
- **pro části 3 a 4:** Klinika infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

VI. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a dodacích podmínek, jsou obsaženy ve vzorových textech kupních smluv, které jsou přiloženy jako Příloha č. 1, 2, 3, 4 této zadávací dokumentace a jsou jejími nedílnými součástmi. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorové texty smluv **bez jakýchkoliv změn k předložení návrhu smluv podepsaných osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místech k tomu určených pro každou část zvlášť.**

Účastník je **oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy** zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohy uvedené ve vzorovém textu smlouvy.

VII. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky v každé části musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění registrační povinnosti účastníka jakožto výrobce, případně zplnomocněného zástupce, nebo dovozce nebo distributora zdravotnického prostředku dle platných právních předpisů,
- čestné prohlášení, že přístroj splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy přístroje,
- uživatelský manuál k přístroji,
- kromě uživatelského manuálu v českém jazyce i uživatelský manuál v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR
- uživatelský návod k SW pokud je součástí plnění samostatný SW,
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání výrobku,
- čestné prohlášení dodavatele, že servis přístroje je v EU,
- návrhy smluv včetně příloh ve formátu *.doc (pro účely zveřejnění v registru smluv).

Zadavatel doporučuje účastníkům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli účastníka, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- seznam kompatibilního příslušenství a spotřebního materiálu poskytovaného účastníkem včetně objednávek, katalogových čísel a aktuálních cen v elektronické podobě,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

Zadavatel si vyhrazuje právo

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,

- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,

VIII.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude pro každou část zpracována jako **celková cena veškerého Zboží** v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou Zboží, tj. zejména dopravu Zboží do místa dodání, obaly, likvidaci obalového materiálu, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, nastavení workflow, odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatky (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podléhá, dle platných právních předpisů) a preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby (vč. potřebného materiálu).

Účastník zároveň uvede cenu v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť pro 1 ks jednotlivých dílčích položek – komponent, ze kterých se zařízení skládá (položková cena).

IX.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Michaela Stravová, DiS., referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: stravova.michaela@fnbrno.cz (viz též bod XII. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

X.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem,

prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat **QCM** - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

Struktura nabídky:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod,
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. III této dokumentace,
- 1x návrhy smluv dle bodu VII. této dokumentace včetně příloh (plně vycházející z příslušných vzorových smluv se zpracovanými údaji dle požadavků zadavatele) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka **ve formátu *.pdf**,
- Doklady dle bodu VIII. této dokumentace včetně návrhů smluv s přílohami **ve formátu *.doc** (pro účely zveřejnění v registru smluv)
- Nabídková cena dle bodu IX. této dokumentace

XI.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v každé části hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle **nabídkové ceny bez DPH** od nejnižších po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

XII.

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**,
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt,
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení

Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

XIII.

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel odešle vybranému dodavateli v každé části výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá v nabídce k dispozici.

Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel **údaje o jeho skutečném majiteli** z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 4 zákona.

Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 5 zákona požadovat předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence

- a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

- **je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,**
- **který nepředložil požadované údaje nebo doklady.**

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 pracovních dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, a to v elektronické podobě.

XIV.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídek se stanovuje do ~~20. 6. 2022~~ ~~17. 6. 2022~~ do 9.00 hodin

Místo:

- elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

Otevírání nabídek:

- Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne ~~20. 6. 2022~~ ~~17. 6. 2022~~ v 9.00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V Brně dne 7. 6. 2022 ~~16. 5. 2022~~

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 – Vzorový text kupní smlouvy – část č. 1
Příloha č. 2 – Vzorový text kupní smlouvy – část č. 2
Příloha č. 3 – Vzorový text kupní smlouvy – část č. 3
Příloha č. 4 – Vzorový text kupní smlouvy – část č. 4
Příloha č. 5 – Importní tabulka

Vyřizuje: Ing. Michaela Stravová, DiS., tel: 532 231 240, e-mail: stravova.michaela@fnbrno.cz