

Naše zn.: 2022/92996/FNBrno - 14.7 – DrR/Sr
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 6. 2022

Veřejná zakázka – Lůžka pro pacienty

Vážený,

zadavatel obdržel dne 6. 6. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz 1:

Dotaz 1.1:

Část č. 1: Nemocniční lůžka pro IGEK

- centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí (vč. případné zvukové signalizace pro přivolání sestry pacientem)

Chápe zadavatel správně, že zvuková signalizace není v tomto případě povinná? Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko bez signalizace přivolání sestry pacientem?

Odpověď:

Ano, zvuková signalizace není povinná. Zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout lůžko s i bez zvukové signalizace. Zadavatel však požaduje, aby případnou zvukovou signalizací bylo možné zablokovat na centrálním ovladači.

Dotaz 1.2:

Příslušenství:

- aktivní antidekubitní matrace (pouze 2 ks v rámci dodávky), neintegrováná (s možností přesunu mezi lůžky), kompatibilní s dodávanými lůžky

Může zadavatel blíže specifikovat základní požadavky na matraci?

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu specifikuje základní požadavky na matraci následovně:

- *matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitů*
- *pulzní systém 3:1 s řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách*
- *dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace*
- *min. 4 cely v oblasti hlavy a pat individuálně nastavitelné do režimů: pulzující (alternující), statický, vyfouknutý*

- *plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta*
- *automatická lineární regulace tlaku v pánevní části při polohování lůžku min. od 15° - 45°*
- *provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu*
- *uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování*
- *režim nízkého tlaku automaticky optimalizuje tlak v matraci bez ohledu na polohu pacienta*
- *postranní statické cely pro snadnější mobilizaci pacienta*
- *vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran*
- *integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele*
- *nosnost min. 250 kg*
- *při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu*
- *záložní baterie pro napájení matrace*

Nadále platí i původní body:

- *pouze 2 ks v rámci dodávky*
- *neintegrována (s možností přesunu mezi lůžky)*
- *kompatibilní s dodávanými lůžky*

Dotaz 2:

Dotaz 2.1:

Část č. 2: Nemocniční lůžka pro KIGOPL

- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s nejnižší polohou 46 cm a rozsahem 46-86 cm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s nejnižší polohou 46 cm. Zadavatel umožňuje odchýlit se od technických parametrů o +/-10%, viz čl. IV. Zadávací dokumentace.

Dotaz 2.2:

- centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí (vč. případné zvukové signalizace pro přivolání sestry pacientem) a s přednastavenými důležitými polohami

Chápe zadavatel správně, že zvuková signalizace není v tomto případě povinná ("případná")? Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko bez signalizace přivolání sestry pacientem?

Odpověď:

Ano, zvuková signalizace není povinná. Zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout lůžko s i bez zvukové signalizace. Zadavatel však požaduje, aby případnou zvukovou signalizací bylo možné zablokovat na centrálním ovladači.

Dotaz 3:

Část č. 4: Transportní lůžko

- hydraulicky nastavitelná výška v rozsahu min. 58 – 94 cm
- čtyři otočná kolečka, minimálně dvě brzděná kolečka pevná bezdušová přední kola (u hlavy) o průměru min. 450 mm zadní kola o průměru min. 125 mm

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lehátko s požadovanými koly a výškou 63 - 100 cm? Případně variantu s rozsahem nastavení 57 - 94 cm, ale jiným typem kol: průměr 200 mm - kov, centrální brzda (2x umělohmotný pedál).

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s výškou 63-100 cm i lůžko s jiným typem kol – min. 200 mm, ovšem za předpokladu, že ostatní specifikace budou dodrženy.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno