

Naše zn.: 2022/91562/FNBmo -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 6. 2022

Veřejná zakázka Infuzní technika

Vážení,

zadavatel obdržel dne 3. 6. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v části 1 – Infuzní technika pro KIGOPL není v požadavcích na poptávané infuzní pumpy uveden charakter infuzních setů, se kterým mají tyto infuzní pumpy pracovat. Infuzní pumpy na pracovištích obdobného typu obvykle pracují se sety bez silikonového segmentu, které zajišťují ekonomicky výhodný a současně bezpečný a spolehlivý provoz při poskytování zdravotní péče.

Doplň zadavatel technickou dokumentaci o specifikaci používaných infuzních setů, aby uchazeči mohli nabídnout odpovídající typ infuzních pump?

Odpověď:

Zadavatel nespecifikuje požadovaný charakter infuzních setů, při splnění stanovených technických parametrů je čistě na účastníkovi, jaký typ infuzních pump nabídne. Zadavatel předpokládá podávání běžných roztoků a standardních léčiv včetně parenterální výživy.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno