

Naše zn.: 2022/97643/FNBrno - 14.7 – DrR/Sr
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. 6. 2022

Veřejná zakázka – Lůžka pro pacienty

Vážení,

zadavatel obdržel dne 14. 6. 2022 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz 1:

Dobrý den,
zadavatel ve "Vysvětlení zadávací dokumentace k 9.6.2022" upřesňuje parametr aktivní matrace následovně:

- matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitu
- pulzní systém 3:1 s řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách
- dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace
- min. 4 cely v oblasti hlavy a pat individuálně nastavitelné do režimů: pulzující (alternující), statický, vyfouknutý 2/3
- plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta
- automatická lineární regulace tlaku v pánevní části při polohování lůžku min. od 15° - 45°
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu
- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování
- režim nízkého tlaku automaticky optimalizuje tlak v matraci bez ohledu na polohu pacienta
- postranní statické cely pro snadnější mobilizaci pacienta
- vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran
- integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele
- nosnost min. 250 kg
- při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu
- záložní baterie pro napájení matrace

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout adekvátní alternativu:

- aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu
- až IV. stupeň léčby dekubitu
- celová matrace s úchyty na kostru lůžka
- 20 odnímatelných cel
- Cely pod hlavou bez alternace
- Provzdušnění povrchu matrace k udržení nízké vlhkosti
- Auto adjusting systém – vždy ideální nastavení matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu

pacienta (automatické nastavení tlaku)
-protiskluzová úprava
-nastavitelný komfort pacienta
-potah snímatelný na zip, voděodolný, paropropustný
-rozsah tlaků je 15-45 mmHg
-statický režim
-maximální ztuhnutí
-CPR
-transportní mod
-světelná kontrolka tlaku a servisu
-akustický alarm výpadku proudu
-posazení pacienta
-zámek matrace
-maximální hmotnost pacienta 250kg
-rozměry: 200 x 90/85 x 20,3 cm

Odpověď 1:

Uchazeč poslal technický list, kde některé uvedené parametry aktivní matrace jsou shodné či podobné s požadovanými parametry zadavatele. Některé parametry však uchazeč neuvádí např.: postranní cely pro snadnou mobilizaci pacienta, individuální nastavení cel v oblasti pat, záložní baterii pro napájení při výpadku. Pokud neuvedené parametry budou splňovat požadovanou specifikaci, zadavatel bude akceptovat nabídnutou aktivní antidekubitní matraci.

V souvislosti s výše zmíněným dotazem, upřesňuje zadavatel požadavek na nosnost aktivní antidekubitní matrace následovně – maximální nosnost aktivní matrace minimálně 250 kg.

Dotaz 2:

Dobrý den,
prosíme Vás o odpověď na následující dotaz k technické specifikaci pro část 3.

Zadavatel v Části č. 3: Bariatrické lůžko požaduje jako jeden z parametrů 5. kolečko.

Námi nabízené lůžko splňuje veškeré požadavky zadavatele na bariatrické lůžko, je plně v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 a je konstruováno pro bezpečné pracovní zatížení 522 kg, což o více než 100 kg překračuje požadavek na min. nosnost zadavatele. Konstrukce námi nabízeného bariatrického lůžka nemá možnost přidání 5 kolečka. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené bariatrické lůžko bez 5 kolečka?

Odpověď 2:

Zadavatel bude akceptovat bariatrické lůžko bez 5. kolečka za předpokladu, že bude možné aretovat jedno z koleček nebo nápravu pro posun lůžka v přímém směru.

Zadavatel současně opravuje svou původní odpověď na dotaz ze dne 6. 6. 2022, který zněl:

Dotaz 2.1:

Část č. 2: Nemocniční lůžka pro KIGOPL

- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s nejnižší polohou 46 cm a rozsahem 46-86 cm?

Nová odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s nejnižší polohou 46 cm.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno