

Naše zn.: 2022/98473/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. června 2022

VZMR – Plicní ventilátor pro NO, E-ZAK sys. č. P22V00000324

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz:

Zadavatel vyžaduje možnost budoucího rozšíření o automatickou regulaci FiO2 ve všech režimech.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy ventilátor automaticky reguluje podporu ventilátoru plně na základě biologické zpětné vazby pacienta?

Odpověď:

Řešení, kdy ventilátor automaticky reguluje podporu plně na základě zpětné vazby pacienta, nebudeme akceptovat. Automatickou regulaci FiO2 požadujeme pouze jako fakultativní (možnost volby ANO/NE).

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311