

Naše zn.: 2022/105033/FNBrno -14.7 – DrR/KI
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 6. 2022

Veřejná zakázka Celotělové výpočetní tomografy

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 6. dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz

Zadavatel v Příloze č. 6 - Technická specifikace, část 2 požaduje parametr „Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 7,0 MHU nebo ekvivalent k chladicímu výkonu minimálně 40 MHU“, zároveň požaduje „Chladicí výkon anody rentgenky min. 1500 kHU/min

Dotaz: Je možné nabídnout vysoce výkonnou rentgenku s ekvivalentem k chladicímu výkonu 30 MHU a současně s bezkonkurenčním chladicím výkonem anody rentgenky 2700 kHU/min?

Odpověď

Zadavatel připouští vysoce výkonnou rentgenku s ekvivalentem k chladicímu výkonu 30 MHU a současně s bezkonkurenčním chladicím výkonem anody rentgenky 2700 kHU/min.

Zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou délku lhůty.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz