

Naše zn.: 2022 / 108050 /FNBRNO – 15.2.2 – Eg/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. července 2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. Vymezení předmětu plnění

- Předmětem plnění je dodávka RTG osobních ochranných pomůcek pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice (DN) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel umožňuje dílčí plnění dle částí 1 až 7.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. Obecné podmínky zadavatele

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku dle částí 1 až 7
- certifikát, že se jedná o olovnatý ochranný oděv a super lehký olovněný kompozit
- certifikaci podle nové normy DIN EN 61331:2014, pro všechny používané OOP proti radiaci musí být uvedena směrnice EU 2016/425,

- prohlášení o shodě
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců, na vnitřní ochranný kompozit 60 měsíců
- položkový rozpočet dle částí
- V případě, že zájemce podá nabídku do více částí a bude celková cena přesahovat 100 000,00 Kč včetně DPH je zájemce oprávněn a současně povinen doplnit barevně označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy a připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.
- Pokud zájemce podá nabídku pouze do jedné části, nebo celková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude realizováno objednávkou.

Nabízené zboží pro část 2, bude testováno vzhledem k anatomickým odlišnostem pracovníků.

Zadavatel požaduje, aby každý účastník do 22. 07. 2022 do 13:00 hodin doručil vzorek osobně na Obchodní oddělení, číslo dveří 1062, pí. Ivě Momirovové v pracovních dnech od 7:00 do 14:30 hod., tel.: 532 232 674, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Po testování budou vzorky vráceny zpět dodavateli. Pokud vzorky nebudou doručeny ve stanoveném termínu, bude nabídka hodnocena jako neúplná!

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK vždy za celou jednu část. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy. **Zadavatel požaduje zpětný odběr dodaného zboží po ukončení životnosti u všech částí s výjimkou části 2.**
- Součástí nabídky budou i dílčí ceny jednotlivých položek vč. DPH.

5. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za celý předmět plnění v jednotlivých částech.

6. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. Podmínky pro plnění

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „RTG ochranné prostředky“

8. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne

předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. Termín podání nabídky

- Do 25. 07. 2022 do 10:00 hod.

10. Zadavatel si vyhrazuje právo

- Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

11. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel.: 532 232 783

Přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3: Položkový rozpočet

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Obecná specifikace pro ochranné RTG oděvy

a) materiál – pro část 1,5 a 6 zadavatel požaduje super lehký olověný kompozit omyvatelný s možností dezinfekce

- pro části 3,4 a 7, zadavatel požaduje wolframový kompozit, omyvatelný s možností dezinfekce

b) barevné provedení – možnost výběru barevného provedení, minimálně 8 barev

c) velikost – velikosti zástěr jsou pouze orientační pro potřeby cenové nabídky (**vítězná firma před objednáním naměří velikosti ochranných oděvů osobně**)

d) zástěry a nákrčníky musí mít vnější antibakteriální a hydrofobní úpravu

Nákrčníky a zástěry musí mít úchyt pro upevnění límce k zástěře.

Zástěry - bederní pás, který zajistí přenos části hmotnosti z ramen

Zadavatel požaduje u nákrčníků magnetické zapínání

Část 1 – RTG ochranné pomůcky pro IKK

Pol. 1: Kabátová zástěra

3ks

- Pánská kabátová zástěra s kapsou
- Suché zipy
- Ramenní vycpávky
- Překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- Úchyty na pás vč. límce
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy
- na kapsu vyšít jméno lékaře



Pol. 2: Kabátová zástěra

1ks

- Pánská kabátová zástěra s kapsou
- Suché zipy
- Ramenní vycpávky
- Překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- Úchyty na pás vč. límce **a levého rukávu**
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb

- stínící ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy
- na kapsu vyšít jméno lékaře



Pol. 3: Zástěra – pevná ramena

2 ks

- zcela překrývající přední díl s kapsou na předním ochranném dílu
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva - s barevným potiskem



Pol. 4: Ochranné límce

21 ks

- se sníženým obsahem olova – použití jemných částic olova
- ochrana 0,35 Pb
- velikost standardní
- magnetické zapínání
- barva – s barevným potiskem



Pol. 5: Komplet sukně + vesta na suchý zip

2 ks

- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- zapínání suchý zip, s úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva dle nabídky vítězné firmy

Velikosti

1 ks – Obvod hrudníku 102 cm

Obvod pas 89 cm
Obvod boky 109 cm

1 ks - Obvod hrudníku 103 cm
Obvod pas 95 cm
Obvod boky 120 cm



Pol. 6: RTG dámská zástěra

1 ks

zcela překrývající přední díl s kapsou na předním ochranném dílu

- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva dle nabídky vítězné firmy

Velikost

Obvod hrudníku 128 cm
Obvod pas 117 cm
Obvod boky 130 cm



Část 2 - Ochranné brýle – pro IKK

2 ks

menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček
v oblasti spánku a nosní přepážky

váha max. 80 gramů

tloušťka olověné vrstvy na přední straně 0,5 mm Pb, po
stranách 0,5 mm Pb,

Typ brýlí a barva bude vybrána podle nabídky vítězné
firmy



Část 3 – Ochranné zástěry pro COS I

Pol. 1: Zástěra – volně na zádech

4ks

- materiál - wolfram
- 1 ks barva tmavě modrá, velikost L
- 3 ks barva tmavě zelená, velikost L
- maximální váha ochranné zástěry: pro velikost L a ochranný ekvivalent 0,5 mm Pb váha do 4,5 kg
- překřížené pruhy volně na zádech, zapínání na suchý zip, ramenní vycpávky

4ks Velikost L: obvod hrudníku 110 cm
obvod pas 90 cm
obvod boků 125 cm

délka 100 cm

Pol. 2: Zástěra – pevná ramena

1 ks

- materiál - wolfram
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou,
- zapínání na suchý zip.
- ramenní vycpávky
- maximální váha zástěry cca 3,5 kg – pro velikost L a ochranný ekvivalent 0,5mm Pb váha do 4,5kg
- 1 ks barva tmavě modrá velikost L

Velikosti:

1 ks Velikost L: obvod hrudníku 110 cm
obvod pas 90 cm
obvod boků 125 cm
délka 100 cm



Část 4 – Ochranné prostředky pro COS III

Pol. 1: Zástěra – pevná ramena

2ks

- bezolovnatý wolfram
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou, zapínání v pase, prošité pevné stuhy na konci s nastavitelnou sponou.
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky
- maximální váha zástěry cca 4,5 kg pro vel. L, XL a ochranný ekvivalent 0,5 mm Pb
- barva dle vítězné firmy

Velikost 1ks – L
1ks - XL



Pol. 2: Ochranný límec

2ks

- bezolovnatý wolfram
- Magnetické zapínání
- Stínící ekvivalent 0,5 mm Pb
- Váha max. cca 0,3 kg
- Velikost L



Část 5 – Ochranné pomůcky pro KDR

Pol. 1: Zástěra - pevná ramena

5 ks

- wolframový kompozit - stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- odlehčená s příměsí olova
- vnější antibakteriální a hydrofobní úprava
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou, zapínání v pase, prošité pevné stuhy na konci s nastavitelnou sponou.
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky
- barva dle vítězné firmy



Velikosti:

2 ks velikost M

délka - 100 cm

šířka přes hrudník – 50 cm

průramek nejméně 25 cm

3 ks velikost L

Délka – 115 cm

Šířka – 60 cm

Průramek nejméně 30 cm



Pol. 2: Ochranné límce

1 ks

- odlehčené s příměsí olova
- stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- magnetické zapínání
- vnější antibakteriální a hydrofobní úprava



Část 6 - Ochranné zástěry pro KDO

Pol. 1:

Zástěra – volně na zádech

2ks

- materiál super lehký olovněný kompozit
- stínící ekvivalent 0,5 mm Pb

- 1 ks barva tmavě modrá, velikost L
- 1 ks barva tmavě zelená, velikost L
- maximální váha ochranné zástěry: pro velikost L a ochranný ekvivalent 0,5 mm Pb váha do 4,5 kg
- překřížené pruhy volně na zádech, zapínání na suchý zip, ramenní vycpávky



2ks Velikost L: obvod hrudníku 110 cm

obvod pas	90 cm
obvod boků	125 cm
délka	100 cm

Část 7 – Ochranné límce pro EC

2ks

- bezolovnatý wolfram
- Magnetické zapínání
- Stínící ekvivalent 0,35 mm Pb
- Váha max. cca 0,6 kg
- Velikost 50