

Naše zn.: 2022/109789/FNBRNO - 15.2.2– Eg/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 11. července 2022

**Odpověď na dotazy k VZMR - RTG ochranné prostředky ev.č. P22V00000379****Dotaz č. 1:**

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky v požadavcích u pol. 1 části 5 uvádí mj:

- wolframový kompozit - stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- odlehčená s příměsí olova
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou, zapínání v pase, prošité pevné stuhy na konci s nastavitelnou sponou
- zapínání na suchý zip

Wolfram se u těchto typů OOP používá místo olova a tudíž výrobci použijí buď kompozit s jedním nebo s druhým kovem, kombinace obou není obvyklá, ostatně i u zbývajících položek poptávky žádáte vždy buď jedno nebo druhé.

Obdobně se zástěry vyrábějí buď se zapínáním na suchý zip nebo na sponu.

Dotaz: má daná položka být z kompozitu s wolframem nebo olovem a má mít zapínání na suchý zip nebo na sponu/přezku?

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel upřesňuje specifikaci v části 5 - Ochranné pomůcky pro KDR pro položku 1 Zástěra – pevná ramena takto:

- wolframový kompozit - stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- vnější antibakteriální a hydrofobní úprava
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky

Barva dle vítězné firmy

a zároveň vypouští tyto požadavky:

- odlehčená s příměsí olova
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou, zapínání v pase, prošité pevné stuhy na konci s nastavitelnou sponou

**Dotaz č. 2:**

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky v bodě 3. Obecné podmínky zadavatele požaduje mj:

- certifikát, že se jedná o olovnatý ochranný oděv a super lehký olovněný kompozit
- certifikaci podle nové normy DIN EN 61331:2014, pro všechny používané OOP proti radiaci musí být uvedena směrnice EU 2016/425
- prohlášení o shodě

Bude zadavatel tyto dokumenty akceptovat v anglickém jazyce?

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel bude akceptovat výše uvedené dokumenty v anglickém jazyce.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel.: 532 232 783  
vz. Iva Momirovová, tel.: 532 232 674