

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/.. /FNBRNO – 15.2.1 – Va/Be
Vaše zn.: -

V Brně 17. března 2014

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka Monitorovacího souboru (4ks monitoru vitálních funkcí + 1ks centrála) pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – přístroje jsou určeny pro monitorování životních funkcí pacienta na dospávacím pokoji

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2, v případě, že se jedná o licenční smlouvu, uchazeč použije přílohu č. 3 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II. 1. vzorového textu kupní smlouvy).

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce,
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Dva návody k přístroji v českém jazyce (1x tištěný a 1x na CD ve formátu *.doc event.* pdf.)

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokument zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin); pozn.: Tento dokument je čistě informativní, požadovaný za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce,
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, nebo jiné vstupní měření, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby bezplatně.
- Zájemce též v nabídce uvede ceny jednotlivých nabízených položek včetně příslušenství, které je součástí nabídky, a to v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě, bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – Monitorovací soubor - Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
- Krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- Návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy
- Doklady dle 3. bodu této výzvy
- Cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 28. 3. 2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu, 3. NP lůžkového traktu, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Beranová Barbora, tel.: 532 232 773

Přílohy :

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva
Příloha č. 3 – Licenční smlouva

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Jedná se o dodávku monitorovacího souboru obsahujícího 4 monitory propojených bezdrátově na centrální monitor s tiskárnou, včetně standardního příslušenství a eventuálního spotřebního materiálu pro první uvedení do provozu na JIP – Kliniky dětského ARO.

Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti (bez nároků na stavební připravenost).

Upevnění monitorů na polici proti nechtěnému pádu – snadné sejmutí monitoru bez nástroje.

KOMPATIBILITA SE STÁVAJÍCÍMI MONITORY NIHON KOHDEN typ PVM-2703 Vismo.

Požadované vlastnosti monitorů – 4 ks:

- monitory s barevným min. 10“ LCD displejem s dotykovým ovládním (displej součástí monitoru) a je určen pro monitorování neonatologických, dětských a dospělých pacientů
- uživatelsky volitelné a přizpůsobitelné zobrazení křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje
- minimálně 5 stop současně zobrazených na obrazovce
- ovládní v českém jazyce
- volba režimu „novorozenec-dítě-dospělý pacient“
- přenos dat na centrální monitor, komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů
- monitor musí být přenositelný a použitelný pro transport = držák/rukojeť
- integrovaný akumulátor min. na 180 min. provozu

Měření a zobrazení:

- ekg křivka, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
- úplná analýza arytmií, analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase
- respirace
- puls – možnost snímání z ekg křivky i sat. O2
- saturace O2 (SpO2)
- neinvazivní krevní tlak
- invazivní krevní tlak, včetně kabelu pro připojení snímače TK nebo kapnometr (CO2)
- teplota
- trendy tabulkové i grafické pro min. 120 hodin záznamu, full disclosure min. 120 hodin, zkrácené trendy na hlavní obrazovce, uživatelsky definované skupiny trendů (minimálně 3)
- alarmy – min. 3 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,
- automatické nastavení alarmových limitů zvoleného pacienta,
- historie alarmů – paměť na min. 120 hodin alarmů
- přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory

Možnost budoucího rozšíření monitoru:

- tiskárna, min. 3-kanálová

Příslušenství:

- spotřební materiál nutný pro základní provoz pro všechny věkové kategorie pacientů (novorozenec-dítě-dospělý):
2x teplotní čidlo rektální/jícnové, 2x teplotní čidlo kožní pro opakované použití, 4x EKG kabel (3-svod/5svod), ke každému monitoru 3x NiBP manžety s hadičkami (1x neonatál, 1x dítě, 1x dospělý) a 3x SpO2 čidla (1x neonatál, 1x dítě, 1x dospělý).

Požadavky na 1ks centrálního monitoru:

- centrální stanice pro současné zobrazení min. 4 pacientů se SW v češtině, rozšiřitelné na 8 pacientů
- kompatibilita se stávajícími monitory Nihon Kohden PVM-2703 Vismo
- barevný display LCD min. 21" s dotykovým ovládním
- zobrazení patientských údajů pacienta. Zobrazení všech křivek a monitorovaných parametrů pacienta na centrále
- tiskárna laserová, záložní zdroj
- plné arytmie
- možnost volby alarmů a jejich různých úrovní, eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1 v platném znění
- napájení: centrála 230V / 50 Hz,
monitory: aku + 230V/50Hz (síťový zdroj součástí monitoru)