

Naše zn.: 2022/110748/FNBrno -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 14.7.2022

Veřejná zakázka Monitorovací systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 7. dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz

Zadavatel uvádí v technické specifikaci pro **odd. KICH JIP , monitor zobrazovací SLAVE**

Chápe dodavatel správně, že 19“ slave displejem myslí zadavatel zobrazovací monitor s propojením k modulárnímu RACKU pro vložení min. 8 externích modulů CO2, IBP a např. BIS, ICG, PICCO nebo EEG? Transportní modulový monitor bude sloužit k přenosu dat do monitoru umístěného na držáku ve standardu VESA a 19“ monitor bude sloužit k ovládání tohoto monitoru a modulů v RACKU? Požaduje zadavatel, aby 19“ displej uměl zobrazovat i z klasického měřicího modulu EKG?

Je tato domněnka správná?

Odpověď

Ano, dodavatel chápe správně, že zadavatel požaduje RACK pro vložení externích modulů a min. 19“ displej pro zobrazení a management dat z těchto modulů (např. nastavení alarmových mezí).

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno