



Dobrý den,

V Brně dne 22.7.2022

posíláme žádost o vysvětlení technické specifikace v zadávací dokumentaci Vaší veřejné zakázky „Defibrilátor s monitorem (resuscitační vozík)“.

- V příloze, Technická specifikace požadujete: *V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií do min. 250 J*

Nabízíme defibrilátor s **pulsním** bifázickým výbojem v rozmezí 1–200 J, nastavitelným v 24 krocích, mezi 1-15 J po jednom Joule.

Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadované technické parametry zařízení?

Předem děkujeme za vysvětlení dotazů.