

Naše zn.: 2022/120894/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. července 2022

VZMR – Defibrilátory, E-ZAK sys. č. P22V00000416

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V příloze, Technická specifikace požadujete: V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií do min. 250 J. Nabízíme defibrilátor s pulsním bifázickým výbojem v rozmezí 1 –200 J, nastavitelným v 24 krocích, mezi 1-15 J po jednom Joule. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadované technické parametry zařízení?

Odpověď:

Nabízený přístroj nesplňuje požadované technické parametry, zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311