

**Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
IČO: 65269705**

*V Praze, dne 1. 8. 2022
Odesláno: na profil zadavatele*

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ: „Defibrilátory“

Vážený zadavateli,

zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Jednotlivé dotazy jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.
Předem Vám děkuji za zaslání odpovědi.

S úctou

Mgr. Lukáš Macháček, MBA
jednatel
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Příloha č. 1 k Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ: „Defibrilátory“

Dotaz č. 1

Aktuální znění textu v kupní smlouvě odst. II.4

Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí.

Na provoz přístrojů používaných na jednotkách intenzivní péče a operačních sálech je kladen velký důraz na jejich údržbu (bezpečnostně technické kontroly a opravy), jejich selhání by mohlo bezprostředně ohrozit lidské životy. Zajištění spolehlivosti a funkčnosti přístrojů, které jsou pro pacienty životně důležité, je pro výrobce zásadní, proto také většina z nich neumožňuje, aby údržbu přístrojů zajišťoval jiný subjekt než distributor.

Přistoupí zadavatel na odstranění ustanovení v kupní smlouvě odst. II.4 z výběrového řízení?

Dotaz č. 2

Aktuální znění textu v kupní smlouvě odst. II.5

Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen provést opakované zaškolení v rozsahu a za podmínek dle odst. II.3 této smlouvy, a to kdykoli v době trvání životnosti Zboží.

Vzhledem k obvyklé praxi a transparentního obchodování (neznevýhodnění ani jedné ze smluvních stran) uchazeč navrhuje doplnit do kupní smlouvy odst. II.5 konkrétní počet požadovaných školení, tak aby byly pro všechny účastníky VŘ nastaveny jasné a rovné podmínky. V opačném případě naceňuje každý uchazeč jiný počet školení a tímto nejsou podmínky pro všechny uchazeče jednotné a v rámci hodnocení srovnatelné.