

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Ultrazvukový přístroj pro mamologii

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření kupní smlouvy na ultrazvukový přístroj pro mamologii.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Ultrazvukový přístroj pro mamologii, typ: PHILIPS HD 15 - 891.190,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč

Uchazeč	S & T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČ:	25701576
DIČ:	CZ25701576
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny

Uchazeč č. 1

Uchazeč	MEDATA, spol. s r.o.
Sídlo	Milady Horákové 11, 602 00 Brno
IČ:	18626220
DIČ:	CZ18626220
Nabídková cena (bez DPH)	1.900.057 Kč

Uchazeč č. 2

Uchazeč	AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Sídlo	Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2
IČ:	40615421
DIČ:	CZ40615421
Nabídková cena (bez DPH)	868.000 Kč

Uchazeč č. 3

Uchazeč	S & T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČ:	25701576
DIČ:	CZ25701576
Nabídková cena (bez DPH)	891.190 Kč

Uchazeč č. 4

Uchazeč	NIMOTECH s.r.o.
Sídlo	Šumavská 15, 602 00 Brno
IČ:	18825605
DIČ:	CZ18825605
Nabídková cena (bez DPH)	1.054.542 Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči

Uchazeč	AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Sídlo	Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2
IČ:	40615421
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na konvexní „single krystal“ sondu (v rozsahu alespoň 1-5 MHz) tím, že nabízená sonda PVT-375BT není kvalitativně či technicky obdobným řešením k požadované sondě.

dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení

Zpráva zpracována dne:	18. 3. 2014
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	