

Naše zn.: 2022/122438/FNBrno -14.7 – DrR/KI
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. 8. 2022

Veřejná zakázka Operační mikroskopy

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 7. dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz

Zadavatel v technické specifikaci pro část č. 4) požaduje „Xenonový zdroj světla min. 2x 400 W (hlavní a záložní lampa)“. Účastník má dle Zákona o zadávání veřejných zakázek právo nabídnout řešení, které převyšuje požadavky Zadavatel. Účastník nabízí novější verzi exoskopu, která obsahuje novější technologii světla LED se životností 20 000 hod a které nevyžaduje manuální regulaci intenzity.

Pro vyloučení veškerých pochybností se účastník ptá, zdali bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat nabídku exoskopu s LED zdrojem světla se životností 20 000 hod bez záložního zdroje, který nevyžaduje manuální úpravu intenzity?

Odpověď

Zadavatel připouští použití LED zdroje, který má srovnatelný světelný výkon jako požadovaný xenonový zdroj.

Dotaz

Zadávací dokumentace, Příloha č. 1 – Vzorový text kupní smlouvy (pro části č.1, č.3, č.5 a č.6):
Odst. II.4

Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí.

Tyto činnosti dodávaného zboží je oprávněna provádět pouze osoba prodávajícího prokazatelně vyškolená a autorizovaná výrobcem – toto oprávnění nelze přenášet na další osoby.

Dotaz: Akceptuje zadavatel vzorový text kupní smlouvy pro výše uvedené části bez tohoto odst. II.4.

Odpověď

Zadavatel provede úpravu smluvního vzoru tak, aby neobsahoval uvedené ustanovení.

Dotaz

Zároveň s tímto prosíme pro zpracování odst. VI.1 o stanovení předpokládaného počtu zaškolení – odst. II.5 Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen provést opakované zaškolení v rozsahu a za podmínek dle odst. II.3 této smlouvy, a to kdykoli v době trvání životnosti Zboží.

Odpověď

*Zadavatel předpokládá, že zaškolení bude třeba provést během životnosti přístroje **tříkrát**.*

Zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou délku lhůty.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz