

Naše zn.: 2022/126304/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. srpna 2022

VZMR – Ohřev a chlazení pacienta, E-ZAK sys. č. P22V00000431

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku. V technické specifikaci jsou mimo jiné uvedeny tyto parametry:

• Možnost lokálního i celotělového chlazení/ohřevu

Různí výrobci disponují různými technologiemi k dosažení stejného medicínského účelu a použití. V současné době se preferuje celotělové chlazení/ohřev, a to z důvodů účinnosti a také bezpečnosti pacienta. Právě lokální chlazení vyžaduje velmi nízké teploty chladicího média k dosažení medicínského účelu a použití, což přináší riziko lokálních omrzlin u pacienta viz např. Liu YM, Ibrahim A, Jan T, Chang P, Fagan S, Goverman J. Skin necrosis as a complication of therapeutic hypothermia. J Burn Care Res. 2014 May-Jun;35(3):e184-6. doi: 10.1097/BCR.0b013e3182a22730. PMID: 24043239.

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku uchazeče na systém pouze s celotělovým chlazením/ohřevem?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízený systém pouze s celotělovým chlazením/ohřevem.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno
vz. Iva Momirovová

Vyřizuje: Ing. Žaneta Kalmárová, tel. 532 232 311