

Naše zn.: 2022/126394/FNBrno -14.7 – DrR/Mc

Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 8. 2022

Veřejná zakázka Monitorovací systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 5. 8. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v oddíle IV. Technické podmínky: **Požadavky CI**
Bezdrátovou infrastrukturu pro spolehlivé pokrytí přenosu signálu dodávaného telemetrického systému **musí vybudovat dodavatel technologie** a musí být **zcela nezávislá** na stávající již provozované bezdrátové technologii Zadavatele a **nesmí ji, jakkoliv ovlivňovat**. Stávající bezdrátová infrastruktura Zadavatele je provozovaná ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (podpora evropského pásma - kanály 1-13) a 5 GHz (kanály 32 - 140) s podporovanými přenosovými normami 802.11 g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz). Vzhledem k plánovanému využití standardu WiFi 6E, dodávaná technologie též nesmí, jakkoliv ovlivňovat zařízení v pásmu 5925 - 6425 MHz. Dodávané řešení musí pro bezdrátový přenos využívat jiných kmitočtových pásem a nesmí porušovat regulaci ETSI.

Tak jak zadavatel definoval požadavky na bezdrátovou síť, není možné připojit telemetrický systém pro měření pacientů přes Wi-fi síť. Zadavatel nedefinoval bezdrátovou síť, avšak vyloučil všechny pásma přes které se lze připojovat.

Může tedy zadavatel blíže definovat o jakou bezdrátovou síť má zájem pro přenos, nebo definovat pásma a kanály, které by se daly použít pro připojení přes dodavatelem vybudovanou Wi-fi síť?

Odpověď č. 1

Zadavatel v zadávacích podmínkách jasně definoval technické požadavky, které musí být splněny dodavatelem při vybudování nové bezdrátové infrastruktury pro spolehlivé pokrytí signálu pro přenos dodávaného telemetrického systému a na těchto požadavcích trvá. Dodavatel bezdrátové technologie telemetrického systému tak musí použít technologii na jiných kmitočtových pásmech např. 608-614, 1395-1400 a 1427-1433 MHz.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Lucie Mičánková, tel. 532 231 014, Micankova.Lucie@fnbrno.cz