

Naše zn.: 2022/127256/FNBrno -14.7 – DrR/Mc

Vaše zn.: -

V Brně dne 11.8.2022

Veřejná zakázka Monitorovací systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 9. 8. 2022 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotazy:

- a)
Chápe účastník dobře, že zadavatelem a jeho odd. CI bude prováděná tzv. „penetrace“ systému a zjišťování potencionálních hrozeb či vad? Může zadavatel v rámci oprávněného zájmu obou stran poskytnout software, kterým bude provádět skenování, včetně popisu samotného procesu a postupu skenování, za účelem ověření bezpečnostní úrovně nabízeného zboží účastníkem ještě před jeho instalováním u zadavatele?
- b)
Bude skenování zadavatelem prováděno i pokud zařízení jsou v uzavřené (separátní) síti oddělení a nezasahují tudíž do nemocniční sítě jako takové?
- c)
Může zadavatel upřesnit, zdali bude možné následné aktualizace bezpečnostních hrozeb aktualizovat např. přes VPN, případně bude provádět aktualizace svými silami z médií zasílaných účastníkem předem určenou cestou včetně instalačních postupů?
- d)
Může dále zadavatel blíže specifikovat postup, který nastane, nebude-li možné již provést požadovanou bezpečnostní aktualizaci na stávajících zařízení pro jejich stáří, a bude-li aktualizace dostupná jen pro novější typ zařízení?

Odpovědi:

- a)
Zadavatel nebude provádět penetraci systému ani jeho penetrační testování. Zadavatel bude nedestruktivním způsobem testovat zranitelnosti systému. K tomu zadavatel v současné době používá skenovací software OpenVAS Greenbone, který je v případě zájmu dodavatele v základní formě volně dostupný na internetu.

b)
Jsou prováděna skenování všech zařízení, tedy i těch v oddělených VLAN nebo separátních sítích na útvarech Fakultní nemocnice Brno.

c)
Případné aktualizace SW dotčených bezpečnostními hrozbami zadavatel neprovádí. Aktualizace je v kompetenci dodavatele a podrobnější informace ke vzdálenému přístupu jsou součástí zadávací dokumentace.

d)
Tento dotaz se netýká předmětu veřejné zakázky.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Lucie Mičánková, tel. 532 231 014, Micankova.Lucie@fnbrno.cz