



Becton Dickinson Czechia s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4

FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a porodnice
Jihlavská 20
625 00 Brno

V Praze 10. 8. 2022

Žádost o objasnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka - „Ohřev a chlazení pacienta“

VZMR – Ohřev a chlazení pacienta, E-ZAK sys. č. P22V00000431

Vážený,

Dovolujeme si Vás tímto požádat o reakci na odpověď a žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se chlazení/ ohřev pacienta.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Technické specifikaci ani v jiné části VZ neuvádí, že bude akceptovat „pouze“ systém, který jako celotělový chladí/ ohřívá pacienta.

Naše reakce na odpověď ze dne 9. srpna 2022 je dotaz, zda bude zadavatel akceptovat moderní technologii chlazení založenou i pouze na lokálním chlazení/ ohřevu pacienta?

Vznášíme tímto dotaz a dovolujeme si touto cestou namítnout že uváděný článek, zmiňovaný v dotazu a vysvětlení VZ ze dne 9. srpna 2022, není adekvátním důkazem.

Tento článek v magazínu Burn Care & Research Liu YM, Ibrahim A, Jan T, Chang P, Fagan S, Gorman J. Skin necrosis as a complication of therapeutic hypothermia. J Burn Care Res. 2014 May-Jun;35(3):e184-6. doi: 10.1097/BCR.0b013e3182a22730. PMID: 24043239, byl publikován již v roce 2014, současné přístroje sloužící k ohřevu/ chlazení pacienta jsou s přístroji používanými v roce 2014 technologicky nesrovnatelné.

Podotýkáme tímto, že u uváděného článku se nejedná o studii, jejíž výsledky by byly jakkoli promítnuty do klinické praxe.

Důkazem funkčnosti moderních technologií je neexistující zkušenost vzniku lokálních omrzlin u pacienta během terapie chlazení. Nejlepší reference mohou poskytnout jednotlivé kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Děkujeme tímto za doplnění a objasnění zadávací dokumentace VZ.

S pozdravem

Kristýna Glenda Sovadinová
Tenders Specialist