

Naše zn.: 2022/ 127972 /FNBRNO - 15.2.1– Mo/Ha  
Vaše zn.: -

V Brně dne 11. 08. 2022

**Odověď na dotaz k VZMR – Laboratorní odstředivka II ev. č. P22V00000002****Dotaz č.1:**

Zadavatel ve vzorových kupních smlouvách (článek II. Odst 3.) požaduje:

*„Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí.“*

Tento požadavek je obvyklý u techniky dodávané ve velkých počtech a opakovaně (např. infuzní technika, lůžka). U zařízení dodávaných v řádu jednotek je tento požadavek neobvyklý a Uchazeč není ze strany výrobce oprávněn (v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.) k zaškolování dalších osob k provádění BTK, servisu a instruktáže. Bude Zadavatel akceptovat řešení navrhané Uchazečem, který uzavře se Zadavatelem pozáruční Servisní smlouvu, která bude pokrývat požadované činnosti?

**Odověď:**

Zadavatel nebude požadovat článek II. odst 3. Kupní smlouvy.

Zároveň zadavatel upravuje Přílohu č. 2 - Vzorová kupní smlouva pro část 1 a část 2.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno  
vz. Iva Momirovová

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127