



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Naše zn.: 2022/ 128822 /FNBRNO – 15.2.1 – Eg/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 12. srpna 2022

Odpověď na dotazy II k VZMR - Ohřev a chlazení pacienta ev.č. P22V00000431

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Technické specifikaci ani v jiné části VZ neuvádí, že bude akceptovat „pouze“ systém, který jako celotělový chladí/ ohřívá pacienta.

Naše reakce na odpověď ze dne 9. srpna 2022 je dotaz, zda bude zadavatel akceptovat moderní technologii chlazení založenou i pouze na lokálním chlazení/ ohřevu pacienta?

Vznášíme tímto dotaz a dovoluujeme si touto cestou namítnout, že uváděný článek, zmiňovaný v dotazu a vysvětlení VZ ze dne 9. srpna 2022, není adekvátním důkazem.

Tento článek v magazínu Burn Care & Research Liu YM, Ibrahim A, Jan T, Chang P, Fagan S, Goverman J. Skin necrosis as a complication of therapeutic hypothermia. J Burn Care Res. 2014 May-Jun;35(3):e184-6. doi: 10.1097/BCR.0b013e3182a22730. PMID: 24043239, byl publikován již v roce 2014, současné přístroje sloužící k ohřevu/ chlazení pacienta jsou s přístroji používanými v roce 2014 technologicky nesrovnatelné.

Podotýkáme tímto, že u uváděného článku se nejedná o studii, jejíž výsledky by byly jakkoli promítnuty do klinické praxe.

Důkazem funkčnosti moderních technologií je neexistující zkušenost vzniku lokálních omrzlin u pacienta během terapie chlazení. Nejlepší reference mohou poskytnout jednotlivé kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Odpověď č. 1:

Zadavatel v TS požadoval: **Možnost lokálního i celotělového chlazení/ohřevu.**

V odpovědi na minulý dotaz potenciálního uchazeče zadavatel uvedl: **Zadavatel bude akceptovat nabízený systém pouze s celotělovým chlazením/ohřevem.** Tím zadavatel míní, že pokud některý uchazeč o zakázku nabídne pouze celotělový systém ohřevu/chlazení, bude jeho nabídka také akceptována a nebude vyloučena.

Aby si uchazeči uvedený bod TS a současně i odpověď na předchozí dotaz nevykládali špatně, uvádíme, že zadavatel požaduje systém celotělového ohřevu/chlazení s možností lokální a celotělové nebo pouze celotělové aplikace ohřívacích/chladicích podložek. Za celotělový systém je považován i takový systém, který pomocí více podložek aplikovaných současně (min. však čtyř) pokryje tzv. Core, tj. část trupu (hrudník/břišní oblast) a zároveň dolní končetiny/stehna.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 9. a původní termín pro podání nabídky 17. 8. 2022 do 11:00 hodin je nově změněn na 31. 8. 2022 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení

vz. Iva Momirovová

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674