

Naše zn.: 2022/ 131466 /FNBRNO - 15.2.1– Lu/Ha  
Vaše zn.: -

V Brně dne 18.08.2022

**Odpověď na dotaz k VZMR – Ultrazvukový přístroj pro NK ev. č. P22V00000436**

**Dotaz č.1:**

Zadavatel požaduje lineární sondu s vysokým rozlišením pro vyšetření svalů a periferních nervů, frekvenční rozsah 5-18 MHz, minimálně 288 elementů.

Může dodavatel nabídnout lineární sondu s širším frekvenčním rozsahem 3-19MHz a počtem elementů 192?

**Odpověď:**

Zadavatel nebude akceptovat navrhované parametry lineární sondy.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127