

Naše zn.: 2022/131929/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Dr
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. srpna 2022

VZMR – Centrifugy z plánu DDHM, NEN ev.č. P22V00000462

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

Dobrý den, rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpověď na náš dotaz u položky Odstředivka typ B-1 ks pro OKB:

Požadujete: nastavení otáček 1.000 až 14.500/ min (12.400 g)

Náš dotaz: Je přípustné nabídnout zařízení s parametry: 20 - 14000 ot/min (18 845 g)?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, je přípustné nabídnout zařízení s parametry 20- 14000 ot/min (18 845 g).

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Drábková, tel. 532 231 566